

İstem No : 62677  
İstem Tarihi : 11.10.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 19.10.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDKL1  
Bölüm Adı : KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012836	ACT TEST TÜPÜ	50.00	ADET

Şartname Kodu : 3115

**ACT Test Tüpü Teknik Şartnamesi**

- 1- ACT test tüpleri,taze kan ile hastanın kanama pıhtılaşma zamanının ölçümünde kullanılmaya uygun olmalıdır.
- 2- Tüpler,yapılan testin amacını içeren barkoda sahip olmalıdır.
- 3- Tüpler kanın tüp içerisine konulmasını kolaylaştırmak için açılır kapağa sahip olmalıdır.
- 4- ACT test tüpleri 2cc taze kan ile çalışmalıdır.
- 5- ACT test tüplerinin kullanılacağı cihazlar ACT test tüpleri ile aynı marka olmalıdır ve ACT tüpü alınacak olan firma tüplerle uyumlu,tüp karşılığı cihaz vermeyi taahhüt etmelidir.
- 6- ACT test tüpleri ile uyumlu çalışacak cihazlar uluslar arası kabul görmüş kalite belgesi'ne sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Gültan Aydoğdu TAÇÇY  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Kardiyoloji  
Dip.No: 11687 Dip. Tes. No: 30573

Prof.Dr. Mehmet MUMUK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Dip.No: 11687 Dip. Tes. No: 30573