



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40689
Düzenleme Tarihi : 12.10.2017

KOD : J01-018420 /
MALZEME ADI : PRİNER ETİKETİ

1. Printer kağıtları 60 mm x 30 mm (+/- %1) ebatlarında neotermal olmalıdır.
2. Etiket hastanemizde kullanılan tüm cihazlara uygun olmalıdır. (Zebra GC420t ,ZEBRA TLP3842,TSC 245,TSC244CE,TOSHİBA SV4, ZEBRA TLP2844 termal printer v.b)
3. Güçlü yapışkan özelliği ile her çeşit yüzeye (metal- ahşap- kompozit- cam ve polietilen) kolayca yapışmalı ve yapıştığı yüzeyden kolayca ayrılmamalıdır.
4. Soğuk, sıcak ve kimyasal maddelerden kolay etkilenmeyen özellikte olmalıdır.
5. Etiket rulo halinde olmalı ve her ruloda 1000 adet olmalıdır.
6. Firma hata çıkması halinde hatalı ruloları yenisi ile 5 iş günü içinde değiştirmelidir.
7. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Son kullanma tarihinden 2 ay önce başvurulduğu takdirde firma miadı dolacak olan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
8. İstekli firmalar teklifleri ile beraber en az 2 rulo numune getirmeli ve hatalı olan seriyi yenisi ile değiştirmelidir.
9. Bir satırdaki etiket sayısı 1 (bir) adet olacaktır.
10. Rulo iç çapı 40 mm olmalıdır. Barkod iç çapını sağlayan sert karton etiket boyutunda olmalıdır.
11. Etiket rengi beyaz, taşıyıcı rengi açık sarı olmalıdır.
12. Yapışkanlık cinsi akrilik olmalıdır.
13. Barkod etiketleri labaratuvar cihazlarında ve barkod okuyucularında okunabilir özellikte olmalıdır.
14. Etiketlerin kolay koparılma özelliği olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Semra Ata (Yerine)

Şenay Arslan

[Signature]

12.10.17

[Signature]
YUSUF KURTÇU
Kan Merkezi Sor. Tek.

ONAYLAYAN