

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62925
İstem Tarihi : 24.10.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 24.10.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01F967	FLEKSİBL VIDEO ÜRETERORENOSKOP (DISPOSABLE)	5.00	ADET

Şartname Kodu : 43543

1. Teklif verilen video üreterorenoskopi görüntüleme sistemi ile çalışabilmelidir.
 2. Prob disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duyulmamalıdır.
 3. Görüş alanı 120° olmalıdır.
 4. Görüş açısı 0° olmalıdır.
 5. Alan derinliği 3-50 mm olmalıdır.
 6. Chip-on-tip teknolojisi sayesinde distalde CMOS kamerası olmalı ve bu sayede peteksi olmayan, çok net bir görüntü sağlanmalıdır.
 7. Aydınlatması kontrol ünitesindeki entegre LED ışık kaynağı sayesinde sağlanmalıdır.
 8. Açılı tekeri/mekanizması sayesinde distal uçta elde edilen defleksiyon yukarı doğru 270°, aşağı doğru 270° olmalıdır.
 9. İnterion tüpünün dış çapı 9F olmalıdır.
 10. Distal uç kalınlığı 6.5 Fr üzerinde olmalıdır.
 11. Bending section kalınlığı azami 9 Fr olmalıdır.
 12. Çalışma uzunluğu 630 mm olmalıdır.
 13. Çalışma kanalı iç çapı 3.6 Fr olmalıdır. Defleksiyonda bile bu kanaldan lazer probu çalışabilmelidir.
 14. Kabza kısmında kilit mekanizması bulunmalı, bu sayede defleksiyon yapılan herhangi bir anda, mandalin bırakması durumunda bile açının geri kaydedilmemesi sağlanmalıdır.
 15. Hafif tasarıma sahip olmalı, bu sayede kolay, yorucu olmayan bir kullanım sağlamalıdır.
 16. Fleksibl yapısı sayesinde çok kolay insersiyon sağlamalıdır, böbreğin tüm bölümlerine erişebilmelidir.
 17. İrigasyon için luer port bulunmalıdır.
 18. Konektörü sayesinde görüntüleme ünitesine bağlanabilmelidir.
 19. Tek kullanım tasarımlı sayesinde enfeksiyon riskini bertaraf etmeli, sterilizasyon gerektirmemelidir.
 20. Çalışma ortam sıcaklığı 10-26 °C, bağıl nem oranı % 30-85, atmosferik basınç aralığı 800-1060 hPa, yükseklik azami 2000 m olmalıdır.
 21. 0-45 °C arasındaki ortam sıcaklığında saklanmalıdır.
 22. EO yöntemiyle sterilize edilmiş olmalıdır.
 23. CE belgeli olmalıdır.
- İhaleye teklif edilecek bütün disposable video üreterorenoskop için uhdesinde kalan firma, skopların 12.11 boyutunda TFT LCD Ekranı sahip, 8 gb resim ve video kayıtları için dahili hafızaya sahip USB portu, HDMI çıkışı sahip taşınabilir görüntüleme ünitesini kullanıma bırakacaktır, bırakılan cihaz stoklar tükenene kadar geri alınmayacak ve bakım-onarım teknik servis hizmetleri ücretsiz üstlenilecektir.

Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Üroloji
Diploma No: 4298
Dip. Tescil No: 25003

Prof. Dr. Metin ONARAN
T.C. G.Ü.T.F. / Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 10996
Dip. Tescil No: 84227

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62925
İstem Tarihi : 24.10.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 24.10.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
S-010568	SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ (3/L)	10.00	ADET
Şartname Kodu : 43542			

SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ (ERİŞKİN)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
2. Mesane drenajını sağlayacak kateter % 100 silikon materyalden yapılmalıdır
3. Kateter açık uçlu ve mesanede tespiti sağlayacak balonlu olmalıdır.
4. Kateter çapı 16 F, uzunluğu 45-55 cm olmalıdır.
5. Setin içinde 12 cm uzunluğunda, kateter çapı ile uyumlu, suprapubik girişi sağlayacak, işlem sonrası ayrılarak çıkarılabilen trokar bulunmalıdır.
6. Setin içinde en az 2000 cc'lik idrar torbası bulunmalıdır.
7. Setin içinde insizyon için kullanılacak uygun bistüri bulunmalıdır.
8. Uygun şekilde steril ambalajda bulunmalıdır.
9. En az iki yıl son kullanma tarihi olmalıdır
10. Ürünün uluslararası kalite belgeleri bulunmalıdır
11. Teklifte beraber bir adet numune verilmelidir.

Prof. Dr. Usman KARAGÖZAN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 4208
Dip. Tescil No: 25053

Prof. Dr. Metin ONARAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 10996
Dip. Tescil No: 84227

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 62925
İstem Tarihi : 24.10.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 24.10.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : UROLPL1
Bölüm Adı : ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
S-010568	SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ (3/L)	10.00	ADET
Şartname Kodu	: 43541		

SUPRAPUBİK DRENAJ SETİ (PEDİATRİK)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
2. Mesane drenajını sağlayacak kateter % 100 silikon materyalden yapılmalıdır
3. Kateter açık uçlu ve mesanede tespiti sağlayacak balonlu olmalıdır.
4. Kateter çapı 12 F, uzunluğu 45-55 cm olmalıdır.
5. Setin içinde 12 cm uzunluğunda, kateter çapı ile uyumlu, suprapubik girişi sağlayacak, işlem bitiminde ikiye ayrılabilir trokar bulunmalıdır.
6. Setin içinde en az 2000 cc'lik idrar torbası bulunmalıdır.
7. Setin içinde insizyon için kullanılacak uygun bistüri bulunmalıdır.
8. Uygun şekilde steril ambalajda bulunmalıdır.
9. En az iki yıl son kullanma tarihi olmalıdır
10. Ürünün uluslararası kalite belgeleri bulunmalıdır
11. Teklifte beraber bir adet numune verilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet KARAOĞLAN
T.C. G. Ü. T. F. Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 1298
Dip. Tescil No: 25033

Prof. Dr. Metin ONARAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Üroloji
Diploma No: 10996
Dip. Tescil No: 84227