

İstem No : 62556 Döküm Tarihi : 09.10.2017  
İstem Tarihi : 05.10.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Genelinde Bulunan Oksijen Santralleri İçin Gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM1611	MERKEZİ OKSİJEN SANTRALLERİNDEKİ VAKUM MOTORLARI.VİDALI KOMPR	3.00	SEFER

Şartname Kodu : 30610

**OKSİJEN SANTRALİ BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

(A) BLOK,(D) . BLOK VE ( E) . BLOK `TA BULUNAN

A-İNVERSY 45 PLUS	1.ADET
B-DAKGAKIRAN KİMYASAL KURUTUCU	3. ADET
C-PVR-(PVL) VAKUM	9 .ADET
Ç-GENERAL VAKUM	1 .ADET
D-TİDY 20 VİDALI KOMPRESÖR	3 .ADET
E-DALGAKIRAN KOMPRESÖR (DVK 40)	2 .ADET
F-HAT FİLTRELERİ	
G-KHELL 55 KW KOMPRESÖR	1. ADET

Ğ ?BASINÇLI HAVA TANKLARI VE TAHLYE SİSTEMLERİNİN BAKIMLARI YAPILACAKTIR.

- 1-BU BAKIMLAR SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 4 `ER AYLIK PERİYOTLARLA 3 BAKIM YAPILACAKTIR.
- 2-YAPILAN BAKIMLAR SONRASINDA YÜKLENİCİ BAKIM TESPİT TUTANAĞI TUTACAK VE BİR NÜSHASINI GÖREVLİ TEKNİSYENE TESLİM EDECEKTİR.
- 3-YÜKLENİCİ FIRMA BAKIMLAR HARİCİNDE ARIZA DURUMUNDA YAZILI VE SÖZLÜ ÇAĞRILDIĞINDA EN GEÇ 2 SAAT İÇİNDE ARIZAYA MÜDAHALE EDECEKTİR.BU İŞLEMLER İÇİN AYRICA ÜCRET TALEP ETMEYECEKTİR.
- 4-YÜKLENİCİ FIRMA TEKLİF KONUSU BAKIM VE ONARIMA YETKİLİ OLDUĞUNA DAİR SÖZLEŞME SÜRESİ İÇERİSİNDE GEREKLİ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ TEKLİFİN EKİNDE VERECEKTİR.
- 5-YÜKLENİCİ FIRMA İŞ BU ŞARTNAME DOĞRULTUSUNDA YER ALAN SORUMLULUKLARINI KENDİSİ YERİNE GETİRECEK VE HİÇBİR ŞEKİLDE ÜÇÜNCE DERECEDEDEN KURUM VE KURULUŞLARA DEVRETMEYECEKTİR.
- 6-YÜKLENİCİ TEKLİF KONUSU İŞ İÇİN GÖREVLENDİRECEĞİ TEKNİK ELEMANLARIN AD. SOY AD VE CEP TELEFONLARI VE SERVİS YETKİ BELGELERİNİ İBRAZ EDECEKLERDİR. AYRICA EN AZ 2 YILLIK İŞ BITİRME BELGESİNE SAHİP OLACAKTIR.
- 7-KONU OLAN BAKIM VE ONARIMLARIN NASIL YAPILACAĞI AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAKTIR.
  - a-Basınçlı hava kompresörlerinin bakım ve kontrolü  
(Yağ,yağ filtresi,hava filtresi ,gergi kayışları,seperatör,emiş kiti,elektrik aksam ,basınçlı hava tankları,hat filtreleri,tank tahliye valfleri bakım ve kontrolleri yapılacaktır)
  - b-Kurutma motorlarının bakım ve kontrollerinin yapılması  
(gaz ölçümleri,fan motor tamir ve bakımları, elektrik panel tamir ve kontrolleri )
  - c-Vakum pompaları bakım ve kontrolleri  
(kaprin değişim,palet değişim ,yağ değişim,yağ filtre değişim, hava filtresi değişimi,elektrik aksam tamir ve kontrolleri)
  - d-Cihaz temizlik ve genel kontrollerin yapılması.

Hakan KEMBE  
Oksijen Teknisyeni

İsmail SÖTLER  
Başteknisyen Yardımcısı

## Ek Liste

CİHAZIN ADI	MİKTAR	BAKIM SAYISI	BİRİM FİYAT (TL/4AYLIK)	TOPLAM TUTAR (TL/12 AYLIK)
MERKEZİ OKSİJEN SANTRALLERİNDEKİ VAKUM MOTORLARI,KOMPRESÖRLER ,VAKUM MOTORLARI VE KURUTMA MOTORLARIYLA HAT FİLTRELERİNİN PERYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ	24.ADET	3		
İNVERSY 45 KOMPRESÖR	1.ADET			
KHELL 55 KOMPRESÖR	1.ADET			
PVR VAKUM	9 .ADET			
KİMYASAL KURUTUCU	3 ADET			
VAKUM VE BASINÇLI HAVA HAT FİLTRELERİ GRUBU	5.ADET			
TİDY 20 KOMPRESÖR	3.ADET			
DVK 40 KOMPRESÖR	2.ADET			

Hakan KEMBE  
Oksijen Teşhisçisi  
Hakan

İsmail SÖYLER  
Başteknisyen Yardımcısı