

## ANESTEZİ CİHAZLARININ PERİYODİK BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Firma ilgili cihazların bakımını üretici firmanın belirlediği zaman aralıklarında 6 ay da bir olmak koşulu ile, yılda 2 defa yapacak kullanıcı kılavuzunda yada teknik servis kitapçığında ilgili zaman aralığını idareye gösterecektir.
2. Firma ilgili cihazların bakımını üretici firmanın belirlediği prosedürü uygulayarak yapacak ve yaptığı bakım ile ilgili servis raporunu idarenin yetkili kıldığı personele teslim edecektir.
3. Firma ilgili cihazların bakımını, cihazlarla veya cihazın ait olduğu ürün grubu ile ilgili ve cihazların gaz ölçüm modülleri, monitörler ile bağlantısı gibi detay konularda da, teknik servis eğitimi almış olmalıdır veya üretici tarafından ya da üretici firmanın yetkilendirdiği kurum tarafından sertifikalandırdığı yetkili personele yaptırmalıdır. Firma bakımı yapan kişinin sertifikasını idareye ihalede göstermek zorundadır.
4. Firma ilgili cihazın cihazların bakımını yaparken kullandığı test cihazlarının kalibrasyonunu takip etmek zorundadır ve kalibrasyon belgelerini idareye göstermek zorundadır.
5. Firmanın yapmış olduğu bakım ve kalibrasyonlar akredite kuruluşlarca kabul görmelidir.
6. Arıza durumunda firma arızaya 24 saat içinde müdahale etmeli, parça gerekmeğe durumlarda 48 saat içinde arızayı gidermelidir. Parça gereken durumlarda ise, gümrük mevzuatının izin verdiği ölçüde olmak üzere 15 iş gün içerisinde cihazı çalışır durumda idareye teslim etmelidir. Yedek parça gereksinimi olduğunda, idare yedek parçaları istenilen firmadan temin edebilecektir.
7. Parça değişimlerini orijinal yedek parçası ile yapacak sonrasında ilgili parça ile ilgili test prosedürlerini uygulayacaktır.
8. Uluslararası kurumlar tarafından takip edilen ve cihazlar üzerinde yapılması gereken zorunlu değişiklikleri takip edecek ve böyle bir uygulama ihtiyacı olduğunda sözleşme altında olan cihazlara uygulayacaktır.
9. Üretici firma tarafından cihazlarla ilgili cihazın fonksiyonlarını artırıcı, yazılımsal ve donanımsal yeni ürünler olur ise firma bunu fiyatı ile bunu idareye bildirmeli ve idare tarafından kabul edilen ürünü cihaza takabilmeli ve çalıştırabilmelidir.
10. Firma sözleşme yapıldığı tarihten itibaren sözleşme altındaki cihazlarla ilgili yapmış olduğu arıza ve bakımları kayıt altında tutmalı ve istenir ise idareye gösterebilmelidir.
11. Firma DARGER marka anestezi cihazlarına ilişkin daha önce bakım onarım hizmeti verdiğiğine dair "İş deneyim Belgesi"ni" teklifleri ile birlikte sunacaklardır. "İş deneyim Belgesi" olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Erkan ÇEVİN  
T.C. Gazi Üni. Hastanesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Birimi

Doc. Dr. Mustafa ARSLAN  
T.C. Gazi Üni. Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7716-Dip  
E-posta No: 80005

Prof. Dr. Mehmet KURTİPEK  
T.C. G.Ü. T. E. Gazi Hastanesi  
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
Dip. Teselli No: 45474  
Dip. No: 7061