

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63089
İstem Tarihi : 01.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 01.11.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CKARAN1
Bölüm Adı : ÇOCUK KARD. HEMODİNAMI LAB.

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011611	KR1105 ANJIYOGRAFI KATETERİ PEDIATRİK 6F NIH.	25.00	ADET

Şartname Kodu : 37714

NIH KATETER

- 6F ebatında olacaktır
- Ventrikülografi, aortografi için kullanılacaktır.
- Esnek ve yumuşak bir materyalden yapılmış olacaktır.
- Uzunluğu 90-110 cm olmalıdır.
- Önceden şekillendirilmiş uçlarının pediatrik kullanıma uygun açısı ve uzunlukta olması gerekir
- Mükemmel torque (döndürme) kontrollü ve manevra yapma kolaylığı açısından kateterin ucu hariç kenar duvarları örgülü çelik telle beslenmiş olacaktır.
- Kateter üzerindeki delikler pediatrik kullanıma uygun olarak uç üzerinde yer alacaktır. Deliklerin uç noktaya olabildiğince yakın olması tercih sebebidir.
- Kateterin bağlantı ucu "Luerlock" sistemine uygun olacaktır ve üzerinde FRENCH numarası belirtilmiş olacaktır.
- Kateter steril, orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren enaz 2 (iki) yıl miatlı olacaktır.
- Kateterler 0.038 (sıfır nokta sıfır otuzsekiz) guide-wire ile kullanılacaktır.
- Kateterler şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- Kateterin CE belgesi olmalıdır.

Prof. Dr. Serdar KULA
T.C. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D./Kardiyoloji B.D.
Diploma No: 91684
Dip. Tescil No: 63577

Prof. Dr. Sedat LUNAOĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Diploma No: 79AA155
Tescil No: 31940