



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43594
Düzenleme Tarihi : 31.10.2017

KOD : J01-010951 /
MALZEME ADI : HO1000 FOTOFEREZ SETİ.

EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Fotoferez setinin giriş ve çıkış kanalları ayrı olmalıdır.
- 2-Buffy Coat toplama seti ve fotoferez işlem torbası ayrı olmalıdır
- 3- Fotoferez işlem seti Buffy Coat torbası maximum 1 LT olmalıdır.
- 4-Fotoferez işlem torbası yumuşak plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5-Buffy Coat toplama torbası 2 lümenli olmalıdır.
- 6-Fotoferez seti ile birlikte 500 ml isotonik ücretsiz olarak verilmelidir.
- 7-Fotoferez seti ile birlikte Fotoferez işlem cihazı bölümümüze kurulmalıdır.
- 8-Buffy Coat toplama ve fotoferez işlem torbası steril olmalıdır.
- 9-Ürünün Sağlık Bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
- 10-Cihazın Periyodik bakımı firma tarafından yapılmalıdır.
- 11-Cihazda Minimum 6 adet UV lambası olmalıdır.
- 12-Set arızası ve teknik arıza nedeniyle kullanılamayan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.

Doç.Dr.Zeynep Arzu YEGIN
T.C. Gazi Üniversitesi
İş Hesi. A.B.D. / Sağlık Hizmetleri
Dip.No:2477 - Dip. Tes.No:990386

Prof.Dr. M. İ. YAGCI
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Dip.No:2477 - Dip. Tes.No:990386

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN