



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 38886
Düzenleme Tarihi : 09.11.2017

KOD : J03-032215 /
MALZEME ADI : LED IŞIKLI BAŞA TAKILABİLİR ALIN AYNASI.

Teklif edilen LED-kafa lambası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- * LED teknolojisine sahip olmalı ve ayrıca hafif özellikte bir model olmalıdır.
- * Aydınlatma alanı 10-100 mm çapında, en az 40 cm çalışma mesafesinde ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- * Aydınlatma alanı ayarlandığında cihaz, indirekt laringoskopik muayenede larenksin tam olarak görüntülenmesi için yeterli aydınlatmayı sağlayacak güçte ışık üretmelidir
- * Led teknolojili beyaz ışık > 50.000 Lux,
- * Li-Ion pil içeren şarj edilebilir batarya kutulu olmalıdır.
- * Batarya kafa lambasına monte olmalı, cihaz kablolardan bağımsız kullanılabilirlidir
- * Cihaz, ağız ve larenks muayenesinde
- * Aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilmelidir;
- * 1 adet LED-kafa lambası için kafa bandı, ekstra hafif, çapraz bantlı, yastıklı ve portable ışık kaynağı taşıyıcılı
- * LED-kafa lambası ve batarya kutusu için tutucu ile birlikte
- * 1 adet Li-Ion pil içeren batarya kutusu
- * Li-Ion batarya için şarj cihazı elektrik kablosu ile birlikte.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.İ.E. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:1237 Dip.Tes. No: 129572

Yrd. Doç. Dr. Melike DOZLÜ
T.C.G.Ü.T.İ.E. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No: 06332-062 Dip. Tes. No: 127041