



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41386
Düzenleme Tarihi : 09.11.2017

KOD : J09-092810 /
MALZEME ADI : HANDPIECEMEN (TUR SAPI) (EĞRİ)

Tur Açılı Handpiece

- ? Standart 2,35 mm çapında 70 mm uzunluğundaki burlar ile birlikte kullanılabilir.
- ? Çevirme oranı 1:1 (birebir) olmalıdır.
- ? Bağlantı standardı uluslar arası E tipi olmalıdır.
- ? Uluslar arası ring kilitleme sistemi olmalıdır.
- ? En az 40000 devirde çalışabilmelidir.
- ? Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- ? Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.
- ? İrrigasyon hortumu bağlama ataçmanı ile birlikte verilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:11237 Dip.Tes. No: 129572

Yrd. Doç. Dr. Mevret DÜZLÜ
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No: 06-392-062 Dip.Tes. No: 127941



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 42912
Düzenleme Tarihi : 09.11.2017

KOD : J09-091953 /

MALZEME ADI : İRRİGASYONLU AÇILI TUR SAPI

İrrigasyonlu Açılı Handpiece

- ? Standart 2,35 mm çapında, açılı, 70 mm uzunluğundaki burlar ile birlikte kullanılabilir.
- ? En az 80mm uzunluğunda en fazla 50gr ağırlığında olmalıdır.
- ? İrrigasyon aletin içinden geçerek handpiece'i soğutma özelliği sağlamalıdır.
- ? Handpiece'in uç kısmındaki irrigasyon kısmının 360 derece hareket özelliği olmalıdır. Bu sayede hekime operasyon sırasında görüş avantajı sağlamalıdır.
- ? Çevirme oranı 1:1 (birebir) olmalıdır.
- ? En az 40000 devirde çalışabilmelidir.
- ? Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- ? Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:11237 Dip.Tes. No: 129572

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DÜZLÜ
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No: 08-392-062 Dip.Tes. No: 127941