

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63368
İstem Tarihi : 16.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 16.11.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : FTKL1
Bölüm Adı : FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C078	OR1290 NELATON SONDA. HİDROFİLİK. KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI	4.500.00	ADET
Şartname Kodu : 34821	No: 12		

KENDİNDEN KAYGANLAŞTIRICILI HİDROFİLİK SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Giriş kolaylığı sağlayan hidrofilik kaplı kaygan yüzey yada kateter çevresine boşaltılabilen su soketi olmalıdır.
- 2-Bükülmeyi önleyen uygun sertlik olmalıdır.
- 3-Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, kapalı distal uç olmalıdır.
- 4- İki yan delik olmalıdır.
- 5-Boyutları kolayca tanımlanan Renk kodlu olmalıdır.
- 6-Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
- 7-Ambalaj üzerinde imal tarihi yazılı olmalı ve son kullanma tarihi en az iki yıl olmalıdır.

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C. G. Ü. T. A. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D. Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40163

Doç. Dr. Zafer GÜNENDİ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dip. No: 00311072 - Dip. Tes. No: 98613



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

SATINALMA İSTEK BELGESİ



İstem No	63368	İstem Yapan Birim	FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON KLİNİĞİ	İstem Tarihi:	16/11/2017
Hasta Bilgisi	Basvuru No: Adı:	İstem Yapan Kullanıcı		İstem Tipi	MALZEME
				Kullanım Süresi	3 AY

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON KLİNİĞİ'ni ihtiyacı olan icin asagidaki malzemelerin/hizmetlerin/bakim-onarim islerinin alınmasina/yaptirilmasina emir ve musaderlerinizi arz ederim.

Sıra	İstem Bilgileri			Sut Bilgileri		Son Alış Bilgileri			Stok Bilgileri			Tüketim Bilgileri			Alım Şekli		
	Kısım	Kodu	Malın / İşin Cinsi	Önerilen Miktar	İstenen Miktar	Birimi	SUR Kodu	SUR Fiyatı	Bir.Fiy.	Tarhi	Merkez Dp	İst.Deppo Stok	Hastane D. Stok	Geçmiş Yıl Tüketim	Geçmiş Yıl Ort.	Aktif Yıl Tüketimi.	Aktif Yıl Ort.
1	J01-01C078	OR1290 NELATON SONDA, HİDROFİLİK, KENDİNDEN KAYGANILA	4.500	4.500,00	ADET	OR1290	1.35	1,49	19.07.17	0	0	0	807	115	1.071	153	

Yukarıda istemi yapılan taleplerimizin önceki dönemlerde sarf edilen miktarlarla uyumlu ve ihtiyaçtan fazla talep edilmediğini kabul ve beyan ederiz
BÖLÜMÜN TALEP GEREKÇESİ:

DEPO GÖRÜŞÜ: 2017 yılın ilk talepleri yılın 2018 yılın başına 750 adet kadarıdır
12 ve 14 size olan birleştirmesini

TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü/...../.....
Faturalandırma Müdürlüğü/...../.....
Stok Analiz ve Kontrol Müdürlüğü/...../.....
Satınalma Komisyon Başkanı

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
E Blok 1.Kat 06500 Beşevler/ANKARA
Tel : 202 50 61-202 50 68-202 74 52 Faks: 213 43 38

Not: Talep edilen malzemelerin güncel şartnameleri en az iki uzman tarafından ıslak imzalı olarak getirilmelidir.

* Geçmiş Yıl Tüketim Miktarı : Bir önceki yılın başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki tüketimi vermektir. Aktif Yıl Tüketim Miktarı : İstem yapılan yılın başlangıç tarihi ile istem tarihinden önceki aylar arasındaki tüketimi vermektir.
* Son Aylık Tüketim Miktarı : İstem tarihinden önceki ay içinde yapılan tüketimi vermektir. "Tüketim Miktarları", "Hastaya Çıkış", "Depo Çıkışı" ve "Sarf Çıkışı" gibi verilerle hesaplanmaktadır.