

BRONCHO DILATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kateter iki lümenli olmalıdır.
- 2- Balon latex içermeyen malzemedен yapılmış olmalıdır.
- 3- Kateter uzunluğu 120 cm olmalıdır.
- 4- Kateter 2.8 mm bronkoskop ile uyumlu olmalıdır.
- 5- Kateter üzerinde yer alan balonun üzeri likra ile örgülü olmalıdır.
- 5-Kateter üzerinde yer alan balonun uzunluğu 10/15/20ve 30 mm olmalıdır.
- 6-Kateter üzerinde yer alan 10 mm lik balon 5 cc hava ile 10 mm çapa, 15 mm lik balon 7 cc hava ile 10 mm çapa, 20 mm lik balon 10 cc hava ile 15 mm çapa, 30 mm lik balon 15 cc hava ile 20 mm çapa ulaşmalıdır.
- 7-Ürün ambalajında şişirme işlemi için 5 cc lik enjektör verilmelidir.
- 8- Ürün EO steril edilmiş olmalıdır.
- 9- 10 – 15 – 20 – 30 mm seçenekleri olmalıdır.

Dr. Nail Cüneyt KURUL
Gazi Üniversitesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. Tes. No: 66918

Doç. Dr. Ali ÇELİK
T.C.S.U. T.F. Gazi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip.No: 3111 Dip. Tes.No: 83873