

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63410
İstem Tarihi : 20.11.2017 00:00:00
Açıklama : HASTABAŞI DÜŞÜLEN MALZEME

Döküm Tarihi : 20.11.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : NRSRKL1
Bölüm Adı : BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ KLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01E831	PASIF (KABLOSUZ) BIYOPSİ İĞNE SETİ	10.00	ADET

Şartname Kodu : 42659

NÖRONAVİGASYONLA KULLANIM AMAÇLI PASIF BIYOPSİ İĞNE KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen biyopsi iğneleri hastanemiz envanterinde bulunan Medtronic marka S7 model nöronavigasyon cihazı ve bu cihaza ait biyopsi enstrümanları ile birebir uyumlu ve orijinal olmalıdır. Aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
2. Biyopsi iğneleri nöronavigasyon cihazı eşliğinde iç kanülün bir dış kanül içinde döndürülmek suretiyle ve kesici pencereler yardımıyla kranial doku biyopsisi alınmasına olanak tanımalıdır.
3. Biyopsi iğneleri tek kullanımlık olmalı, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.
4. Her bir paket içeriğinde; 1 adet pasif biyopsi iğnesi (kılavuzu ile birlikte), 1 adet vidalı biyopsi iğnesi durdurucusu, 1 adet aspiratör tüpü , 2 adet navigasyon küresi ve 1 adet milimetrik ayarlama cetveli bulunmalıdır.
5. Teklif veren firmalar aynı zamanda hastanemizdeki nöronavigasyon cihazına sarf malzeme sağlayabileceğine dair üretici ve/veya distribütör firma tarafından aldıkları yetki belgelerini ibraz etmelidir.
6. Teklif veren firma aynı zamanda cihaza teknik hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
7. Biyopsi iğneleri TITUBB sistemine kayıtlı olmalı, SGK ve Sağlık bakanlığı onayı bulunmalıdır. İlgili belgenin internet çıktısı teklif ile beraber ibraz edilmelidir.

Alet Ad | Referans katalog | Katalog Numaras | Adet
Passive Biopsy Needle | Medtronic Navigasyon | 9733068 | 10

Prof. Dr. A. Memduh KAYMAZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dip. Tesdi No: 54473

Prof. Dr. Fikret Hüseyin DOĞAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beşirîye Cerrahi D.Ü. (Yeni)
06108 Ankara

NÖRONAVİGASYONLA KULLANIM AMAÇLI PASİF BİYOPSİ İĞNE KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen biyopsi iğneleri hastanemiz envanterinde bulunan Medtronic marka S7 model nöronavigasyon cihazı ve bu cihaza ait biyopsi enstrümanları ile birebir uyumlu ve orijinal olmalıdır. Ayn1 üretici firma taraf1ndan üretilmi_ olmal1d1r.
2. Biyopsi iğneleri nöronavigasyon cihazı eşliliğinde iç kanülün bir diğer kanül içinde döndürölmek suretiyle ve kesici pencereler yardımıyla kranial doku biyopsisi alınmasına olanak tanınmalıdır.
3. Biyopsi iğneleri tek kullanımlık olmalı, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. En az 1 yıl miadlı olmalıdır.
4. Her bir paket içerisinde; 1 adet pasif biyopsi iğnesi (kılavuzu ile birlikte), 1 adet vidalı biyopsi iğnesi durdurucusu, 1 adet aspiratör tüpü , 2 adet navigasyon küresi ve 1 adet milimetrik ayarlama cetveli bulunmalıdır.
5. Teklif veren firmalar aynı zamanda hastanemizdeki nöronavigasyon cihazına sarf malzeme sağlayabileceğine dair üretici ve/veya distribütör firma tarafından aldıkları yetki belgelerini ibraz etmelidir.
6. Teklif veren firma aynı zamanda cihaza teknik hizmet verebilecek alt yapıya sahip olmalıdır.
7. Biyopsi iğneleri TITUBB sistemine kayıtlı olmalı, SGK ve Sağlık bakanlığı onayı bulunmalıdır. ilgili belgenin internet çıktısı teklif ile beraber ibraz edilmelidir.

Alet Adı	Referans katalog	Katalog Numarası	Adet
Passive Biopsy Needle	Medtronic Navigasyon	9733068	10

Prof.Dr. Fikret Müseyin DOĞANLI
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahi Bölümü
Dış No: 23340

Prof.Dr.A.Memduh KAYMAZ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dış. Tescil No: 54473