

ASPIRATÖR – TORAKS DRENAJ – FASILALI gomco

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihazda toraks drenaj aspirasyon işlemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmalıdır.
2. Cihazın çalışması fasılalı olmalıdır.
3. Cihazın çalışması ON-OFF anahtarı ile yapılmalıdır.
4. Cihazın vakum değeri max. 25cm su sütunu olmalıdır.
5. Vakum değerinin ayarı 5cm'lik kademeli derecelendirilmiş bir cam silindir yardımıyla yapılmalıdır.
6. Suyun pompaya kaçmasını önleyen bir emniyet kavanozu bulunmalıdır.
7. Cihaz 3 litrelik atık toplama kavanozu ile donatılmalıdır.
8. Atık toplama kavanozunda pompaya sıvının kaçmaması için çek-valf sistemi olmalıdır.
9. Atık toplama kavanozu plastik malzemeden yapılmış olmalı, kapağında bulunan taşıma kolu ile tek elde taşınabilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve kavanoz 121°C de 30 dakika süreli sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
10. Toplama kavanozu ile cihaz girişi arasında bir filtre bulunmalıdır.
11. Cihazın pompası rezistans sistemi ile çalışmalıdır.
12. Cihaz fan soğutmalı olmalıdır.
13. Cihaz dakikada yaklaşık 8 defa aralıklı vakum yapmalıdır.
14. Cihaz mobil olmalıdır.
15. Cihazın arka kısmında taşıma kulbu olmalıdır.
16. Beslenme kablosu cihazın gövdesine sarılabilmelidir.
17. Cihazın 4 adet tekerleğinden 2 tanesi frenli olmalıdır.
18. Cihaz 230V şehir ceryanı ile çalışmalıdır.
19. Cihazın imalatında, kullanım amacına uygun olacak şekilde birinci sınıf bir işçilik yapılmalı ve boyanmalıdır.
20. Cihaz ölçüleri 43x45x83cm civarında olmalıdır.
21. Cihaz çalışır şekilde teslim edilmelidir.
22. Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 (iki) sene garantili olacaktır.