

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63545
İstem Tarihi : 24.11.2017 00:00:00
Açıklama : plazma değişimi için gerekli

Döküm Tarihi : 24.11.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CSAGYB1
Bölüm Adı : ÇOCUK YOĞUN BAKIM.

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|--------------|---|--------|--------|
| J01-016675 | HO1022 SEPSİS SECİCİ PLAZMA DEĞİŞİMİ (SPD) MEMBRANI (PEDIATRİK) | 20.00 | ADET |

Şartname Kodu : 43896

PRISMAFLEX TPE1000 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ? Set Töropatik Plazma Değişimi amacıyla plasmafiltrasyon için tasarlanmış olmalıdır.
- ? Hastanemizde kurulu cihazlara tam uyumlu olmalıdır.
- ? Set ve plasmafiltresi pre konnekte olmalıdır. Set ve plasmafiltresi önceden birleştirilmiş olarak aynı ambalaj içerisinde olmalıdır.
- ? Set membranının materyali polypropylene olmalıdır.
- ? Plasmafiltresi yüzey alanı 0,15 m² olmalıdır.
- ? Set volümü 71 ml'yi geçmemelidir.
- ? Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.
- ? Set üzerinde 4 yerde basınç podu bulunmalıdır.
- ? Ürünün Sağlık Bakanlığından onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.

Doç. Dr. Gökmen Kalkan
00.11.2017
Y. Kalkan

Gazi Üniversitesi Hastanesi
Uzm. Dr. Emine AKKUZU
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.D.
Çocuk Yoğun Bakım B.D.
Etiler - Tuzla - Marmara