Bölgesel Cilt Yapıştırıcısı
Teknik Şartnamesi

1- Etken maddesi 'Cyanoacrylate' olup, kimyasal formül bileşenleri' 2 octyl oluşmalı, OctylFlex teknolojisi sayesinde, esneklik arttırılıp, hasta konforuna katkıda bulunmalı çatlama, erken dökülme sertlik ve hasta hissiyatini önlemelidir. Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde yüz dudak gibi hissiyati yüksek olan bölgelerde sertleşmemeli/hissedilmemeilidir.
1- Ürün 0.5ml aplikatöründe şeffaf ve steril olmalıdır.
2- 29.7 in2 yüzey alan kaplamasına sahip olmalıdır.
3- Mikrobiyel bariyer ve su geçirmezlik korumasına sahip olmalıdır.
4- Cerrahi insizyonları kapatmanın yanı sıra, insizyon hattında antimikrobiyel etki yaratmalıdır.
5- Uygulamanın hemen sonrasında hastaların duşa girebilmelerine olanak sağlamalıdır.
6- Uygulama esnasında en mükemmel hassasiyet ve doğru kullanım için, açılı ve eğimli bir uça sahip olmalıdır.
7- Ürün uygulandıktan sonra maximum 6-10 gün içerisinde vücuttan kendiliğinden dökülmeli ve kalkmalıdır.
8- Fiziksel yapı itibarı ile kalem gibi olup, kolay kullanım için ergonomik olmalıdır.
9- Uygularken sıkmaya gerek kalmamalıdır fakat istenildiğinde sıkılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
10- 26 saniyelik bir ayar (yapışma) süresine sahip olmalıdır.
11- Ortalama yara kapatma gücü 4.60 Lbs olmalıdır.
12- OctylFlex teknolojisi sayesinde, çatlaklık oluşumuna %0 oranında müsaade etmeli ve bu özelliğinin kıyasla daha üstün olduğunu gösteren klik çalışma ve testlerle desteklenmelidir.
13- 263 cm doğrusal kapsama alanına sahip olmalıdır.
14- Soğuk zincir gerektirmemelidir.
15- Uygulama esnasında akmamalı ele, eldivene yapışmamalıdır.
16- Son kullanma tarihinin bitimine 6(Altı) ay kala ürün firma tarafından değiştirilmelidir.

Prof.Dr.Kıvılcım GÜÇLÜYENER
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
ÇOCUK SAĞ. VE HAST.A.D. NEFROLOJİ B.D.
Dip. Tescil