OKSİJEN VERİCİ İÇİN T-TÜP ADAPTÖR

1. T-Connektör, oxygen supply tubing adaptör ve tubingden oluşmalıdır.
2. Setin inspiratuar kısmı O2 flow metresinden gelen bir hat ile adapte edilmiş olmalıdır.
3. Tubing'in boyu en az 15cm olmalıdır.
4. Tubing P.E yapıda olmalıdır.
5. Oxygen supply tubing'in boyu en az 160 cm olmalıdır.
6. Oxygen supply tubing'in adaptörleri tüm flowmetrelere uyumlu olmalıdır.
7. Ürün tek tek paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.
8. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.
9. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az iki yıl miyadlı olmalıdır.
10. Denenmek üzere numune teslim edilmelidir.(numuneler orijinal ambalajında olmalıdır)
11. Teslim edilecek ürün orijinal ambalajında olmalıdır.Orjinal ambalajının üzerinde üretim,son kullanma tarihi vb.bilgiler olmalıdır.

Doç.Dr.Melda Aybar TÜRKOĞLU
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
İÇ HASTALIKLARI A.D./YOĞUN BAKIM B.D.
Diploma No: 98-011-038
Dip. Tescil No: 88958

T.C.
G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Prof.Dr. Gülbin AYGENCEL BIKMAZ
İç Has. Göğüs Has.
Dip.No:93-0
Yoğun Bakım Uzm.
Tes.No:66939