

T.C.  
GAZI ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63330  
İstem Tarihi : 12.11.2017 01:00:00  
Açıklama : PATOLOJİ

Döküm Tarihi : 16.11.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : PATLB1  
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi


Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-071999	FROZEN DOKU GÖMME SOLÜSYONU.	60.00	ADET

Şartname Kodu : 43800

**CRYOMATRIX / FROZEN DOKU GÖMME MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Patoloji laboratuvarında mevcut frozen cihazında örneklerin tutucuya yapıştırılması amacıyla kullanıma uygun içeriğe sahip olmalıdır.
2. Su esaslı olmalıdır. Ayırıştırılması için özel bir uygulamaya gerek duyulmamalıdır.
3. Kesitlerin kalıntı bırakmaksızın hızlı ve düzgün alınmasını sağlamalıdır.
4. Çok hızlı bir şekilde donabilmelidir.
5. Donma aşamasında, dokunun düzgün kesilmesini önleyecek hava kabarcıkları oluşturmamalıdır.
6. Ambalaj; 100-120 ml'lik orijinal damlalıklı şişesinde olmalıdır.
7. Renksiz olmalıdır.
8. Üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir

  
Yrd. Doç. Dr. Özgür EKİNCİ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 00311149

  
Prof. Dr. Nalan AKYÜREK  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11131 Sic.No: 24125

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63330  
İstem Tarihi : 12.11.2017 01:00:00  
Açıklama : PATOLOJİ

Döküm Tarihi : 16.11.2017  
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : PATLB1  
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-073510	PHLOXİNE.	0.30	KG

Şartname Kodu : 43801

PHLOXİNE B TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Formülü  $C_{20}H_{2}Br_{4}Cl_{4}Na_{2}O_{5}$  olmalıdır.
- CAS Numarası 18472-87-2 olmalıdır.
- Toz olmalıdır.
- 25 gr. lık ambalajlarda olmalıdır.
- Tıbbi Patoloji laboratuvarında kullanıma uygun olmalıdır.

  
Yrd. Doç. Dr. NALAN AKYÜREK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dp.No: 20311148

Prof. Dr. Nalan AKYÜREK  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 1112 - Sic.No: 24125