

OMUZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi, PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi, en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler, hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremiteler(Omuz)Örtüsü	200x300cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	150x200cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Yapışkan Bant	10x50cm	1 Adet
*Ekstremiteler torbası	30X70cm	1 Adet

Prof.Dr. Erkin ESEN
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2502910001456
Dip. Tes. No : 67938

Prof.Dr. Hakan ATALAR
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Ortopedi Ve Travmatoloji A.D.
Dip No 10957 Dip Tes. No 84168

DİZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/yeya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi, PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi, en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler, hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremitte(Diz)Örtüsü	200x300cm	1 Adet
*Yan Bantlı Örtü	75x80cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	150x200cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Yapışkan Bant	10x50cm	1 Adet
*Ekstremitte torbası	30X70cm	1 Adet

Prof. Dr. Erdiç ESEN
T.C. G.Ü.T.F. Gaziantep Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2508910001455
Dip. Tes. No : 67935

Prof. Dr. Hakan ATALAR
Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Ortopedi Ve Travmatoloji A.D.
Dip No 10957 Dip Tes No 84188

KALÇA ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.


*Kalça U Örtüsü	200x250cm	1 Adet
*Bantlı Anestezi Örtü	200x300cm	1 Adet
*Bantlı Ayak Örtüsü	150x180cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	100x150cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Ayak torbası	30X100cm	1 Adet


Prof. Dr. Erdi ESEN
T.C. G.Ü. T. F. G. Z. Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 2508910001456
Dip. Tes. No : 67938

Prof. Dr. Hakan ATALAR
G. Ü. T. F. G. Z. Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
Dip. No 10957 Dip. Tes. No 84188

CERRAHİ CİLT KAPATICI ŞERİTLER (Steril Strip)

1. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2. Ürünün sırt yapısı polyester filamentlerle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaftan yapılmış olmalıdır.
3. Hipoallerjenik olmalıdır.
4. Mikro gözenekli yapıda olmalı cilt nefes alabilmelidir.
5. Atravmatik uygulanabilmeli, dikiş izi kalmamalıdır.
6. Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı düzgün olarak kapatabilmelidir.
7. Ürün stapler ve dikiş materyali ile beraber kullanılabilenlidir.
8. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
9. Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.
10. Gamma yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
12. Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.
13. Boyutu 12mm x 100mm olmalıdır.


FAC. Dr. Serkan GÖZÜKAYA
T.C. Sağlık Bakanlığı
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
Dişçisi No : 79-AA-151
Dip. Tescil No : 27790


FAC. Dr. Serkan GÖZÜKAYA
T.C. Sağlık Bakanlığı
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
Dişçisi No : 79-AA-151
Dip. Tescil No : 27790

BUZ AKÜSÜ TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Buz Aküsü Boyutları :Boy:17(+,- 2) cm, En:8,5(+,- 2) cm, Kalınlık:2,3(+,- 2) cm olmalıdır.
2. Polyetilen hammaddeden imal edilmiştir.
3. Renk idare tarafından seçilecektir.
4. İki yıl garantili olmalıdır.
5. Taşıma ve teslim esnasında zarar görmüş ürünler kabul edilmeyecektir.
6. Firmalar teklif vermeden önce bir örneğini merkez depoya getirecektir.

Prof.Dr. Erdiç İSEN
T.C. G.U.T.F. Gaz Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 250891001456
Dip. Tes. No: 1988

Prof.Dr. Ummy İANATLI
T.C. G.U.T.F. Gaz Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 250891001456
Dip. Tes. No: 1982