

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63376

İstem Tarihi : 14.11.2017 01:00:00

Döküm Tarihi : 17.11.2017

Açıklama : ERIŞKİN HEMATOLOJİ SERVİSİ, ÇOCUK KEMİK İLİĞİ, KÖK HÜCRE SERVİSİ (ÜÇ KLİNİĞİN TOPLU İHTİYACI)

Sayfa : 1

Bölüm Kodu : ERHEKL1

Bölüm Adı : İÇ HASTALIKLARI ERIŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011286	OR1993 İNFÜZYON ADAPTÖRÜ (KEMOTERAPOTİK).	2.000.00	ADET

Şartname Kodu : 43824

1. Teklif edilen ürün, steril ambalajında tek kullanımlık(disposable) olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün antineoplastik ilaçların tam kapalı sistemle hazırlanmasını ve transferini sağlamalı, kontaminasyon riskini, bulaşı, buharlaşma ve sızıntıyı engellemelidir.
3. Teklif edilen ürün, Mediflex ile birlikte kullanıma uyumlu olup, mediflexten ayrılmadan ilaç verme sırasında serum seti ile aralarındaki bağlantıyı sağlamalıdır.
4. Teklif edilen ürün hastaneye kullanım esnasında ek bir maliyet getirmeyecek şekilde hastanede kullanılan tüm serum setlerinin girişine uyumlu olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün mediflexe ilaç transferinin güvenli bir şekilde yapılması için enjektör adaptörü ile kenetlenerek tam kapalı sistem oluşturmalıdır.
6. Teklif edilen ürün, uzunluğu 85mm±5mm, ürün genişliği 20mm±5mm, ürünün yüksekliği 40mm±5mm olmalıdır.
7. Teklif edilen ürün sitotoksik ilaçları güvenli bir şekilde mediflexe vermek ve olası kontaminasyon riskini engellemek adına iki kanallı olmalıdır. Bu özellik sayesinde ilacın verildiği kanal ile sete ilacın aktığı kanal ayrı olduğu için; setin takılması sırasında meydana gelebilecek riskler ve çevresel kontaminasyon engellenmiş olmalıdır.
8. Teklif edilen ürün, güvenli bir şekilde ilacın mediflexe transferi esnasında sızıntıya sebebiyet vermeden uygulanacak ilacın hazırlanmasına imkan vermelidir.
9. Teklif edilen ürün; sızıntıyı önlemek için kendiliğinden mühürlenip kapanan elastomerden yapılmış, süngü aksamıyla sıkıca birbirine kenetlenen asgari 5 nüfus edilmeye dayanıklı membran aksama sahip olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün bütünlüğün ve sistemin bozulmaması için birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Rujbin AYDOL
C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastaneleri
İç Hastalıkları Hematoloji
Bölümü Temsilcisi

Prof. Dr. Münir YAĞCI
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastaneleri
İç Hastalıkları Hematoloji Bölümü
Dış Mev. 282243-282247

Doç. Dr. Zübeyde Nur ÖZKURU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastaneleri
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dış Mev. 11558 (Dış Mev. No: 2009)