

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63229 Döküm Tarihi : 09.11.2017  
İstem Tarihi : 09.11.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Dsa Anjio Ünitesinde kullanılan ultrason cihazının kepi yırtılmış ve hava almıştır. Tamiri tarafımızca mümkün değildir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0149	ULTRASON CİHAZI PROBU TAMIRI	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43690

GE MARKA A5 PRO MODEL ULTRASON CİHAZI L12 PROBU  
TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Dsa Anjio Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazın probudur.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

  
Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Basteknisyen Yrd.

  
Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi