

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

17/3248

İstem No : 63532
İstem Tarihi : 24.11.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Pet/Mr Ünitesi İçin Gerekmetedir.

Döküm Tarihi : 24.11.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065941	GE-68 PHANTOM (PET/MR CİHAZI İÇİN)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43893

GE-68 PHANTOM (PET/MR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Germanyum-68 (Ge-68) PET Annulus fantom bölüme teslim edildiği tarihte en az 55 MBq (megaBecquerel) aktiviteye sahip olmalıdır.
- 2- Fantomun kalibrasyon tarihi ve özelliklerini gösteren belge Nükleer Tıp Anabilim Dalına teslim edilmelidir.
- 3- GE marka PET/MR cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 4- Fantom cihazda ilk kullanımı yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Biyomedikal Teorisi
Hocam Bayraktar

Kur

İsmi