

İstem No : 63627

Döküm Tarihi : 30.11.2017

İstem Tarihi : 30.11.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemiz Hematoloji Servis kemoterapi kabini tamiri gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM5951	KEMOTERAPİ KABİNİ TAMİRİ VE BAKIMI	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40864

HEAL FORCE MARKA HFSAFE-1200 MODEL BİYO GÜVENLİK KABİNİ TAMİR BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Hematoloji Servisinde kullanılan cihazdır.
2. Cihazın hepa filtresi ve uv lambası değiştirilecek.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Cihazın kalibrasyonu yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir

Erkan CETİN
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazî Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Fatih AKBAL
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazî Hastanesi