

İstem No : 63628 Döküm Tarihi : 30.11.2017  
İstem Tarihi : 30.11.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz immünoloji Laboratuvarında kullanılan sigma marka 4k15 model santrifuj cihazının tamiri gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : -TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM00127	SANTRİFÜJ CİH.TAMİRİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 43799

**SİGMA MARKA 4K15 MODEL SANTRİFÜJ CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz immünoloji Laboratuvarında kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
4. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya varsa yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
5. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
6. Cihazın genel bakımları yapılacaktır.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Erkan ÇETİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Birimi

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi