

İstem No : 63632 Döküm Tarihi : 30.11.2017
İstem Tarihi : 30.11.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz İşitme Konuşma Ünitesinde kullanılan medelek marka sinerji model abr cihazının tamiri gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7443	ABR CİHAZI TAMIRI	1.00	ADET

Şartname Kodu : 42547

MEDELEC MARKA SİNERJİ MODEL ABR CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz İşitme Konuşma Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Erkan ÇETİN
TC Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Fatih AKBAL
TC Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi