

Bölüm Kodu : GHASYB1

Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM

İstem Şartname Listesi

1

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014853	SPREY DEZENFEKTAN (CLEANISEPT 1 LT'LİK)	100.00	ADET

Şartname Kodu : 43907

DEZENFEKTANLI KÖPÜK SPREY
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Solüsyon kullanıma hazır olup, köpük formda, siltleme metodu ile veya püskürtme şeklinde kullanılabilir.
2. Ürün iritant ve toksik madde (aldehit, klor ve fenol türevleri) içermemelidir. Ürün alkol içermemelidir. Ürün ambalajında tehlike sembolü bulunmamalıdır.
3. Solüsyon hidrojenperoksit içermemelidir.
4. Solüsyon, tıbbi cihazların (probiolar dahil) ve yüzeylerin hızlı dezenfeksiyonu için, TBC dahil olmak üzere bütün bakterilere, mantarlara, HBV, HIV, Noro virus ve Polio virus dahil olmak üzere virüslere karşı 1 ile 5 dakika da etkili olmalıdır. Mikrobiyolojik etkinliği gösteren ekspertiz raporları ihale dosyasında bulunmalıdır.
5. Solüsyon uluslararası Kabul edilmiş test yöntemleri ile (EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348 ve EN 16615) test edilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale dosyasında sunulmalıdır.
6. Kullanılan yüzeyleri aşındırmamalıdır. Materyal uyumluluk çalışmaları ihale dosyasında bulunmalıdır.
7. Solüsyon kendi orijin ambalajında bulunmalı, sprey aparatı her şişenin üzerinde ya da yanında verilmelidir.
8. Kritik alanların (ameliyat masası, ameliyat lambası, hasta yatağı gibi) temizlik ve dezenfeksiyonunu aynı anda yapabilmelidir. Durulama gerektirmemelidir.
9. Ürün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
10. Ürün güvenlik veri formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
11. İhale sonrası denemek üzere en az bir adet orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek, ürünler denedikten sonra, uygun bulunursa alınacaktır.


Prof. Dr. Eni Bülgeç
T.C. G.Ü.T.F. (Gazi Hastanesi)
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 8478
Dip. Tescil No: 69725


Doç. Dr. Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü.T.F. - Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Dip. Tescil No: 93981

İstem No : 63584
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 30.11.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : GHASYB1
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010390	OR2740 BAKTERİ FİLTRESİ.	1.000.00	ADET

Şartname Kodu : 43908

BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre mekanik ventilator cihazları ile kullanılmaya elverişli olmalıdır.
2. Filtre 150 -1500 ml arası tidal volümlerde etkin olmalıdır.
3. Filtre ağırlığı 20-40 gram olmalıdır.
4. Filtre, viral etkinlikte %99,99 sonuç vermelidir.
5. Filtre, bakteriyel etkinlikte de %99,999 sonuç vermelidir.
6. Filtre en fazla 85 ml ölü boşluğa sahip olmalıdır.
7. Filtre, elektrostatik özeliğe sahip olmalıdır
8. Filtrede, luer C02 numune portu bulunmalıdır.
9. Filtre, tek tek paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır
10. Filtrelerin CE belgesi olmalıdır.
11. Klinikte denendikten sonra uygunluk verilecektir.
12. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no,barkodu ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
13. Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat?lı olmalıdır


Prof. Dr. Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Dip. Tescil No: 93981


Doç. Dr. Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Dip. Tescil No: 93981

(3)

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63584
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 30.11.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : GHASYB1
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013196	PROB TEMİZLEME MENDİLİ	10.00	ADET

Şartname Kodu : 43909

PROB TEMİZLEME MENDİLİ ŞARTNAMESİ

- 1- Malzeme ultrason prob temizliğine özel olup probun yapısına zarar vermemelidir.
- 2- Etken madde bakterisidal , fungosidal,virüsidal özellikte olmalıdır,
- 3- Alkol, aldehit ve fenol içermemelidir.
- 4- Kullanılıp atılan ıslak mendil formatında olması istenmektedir.
- 5- Mendiller uzun süreli kullanıma elverişli plastik bir kutu içerisinde olmalıdır.
- 6- Kutular en az 100 tane ıslak mendil içermelidir.
- 7- Kutunun üzerinde ürünün üretim tarihi, son kullanma tarihi nitelikleri ve marka özellikleri belirtilmiş olmalıdır.
- 8- Ürünün son kullanma tarihi üretim yılından itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- 9- Teslim edilecek ürünün üretim tarihi, teslim tarihinden maksimum 6 ay öncesine ait olmalıdır.
- 10- Katılımcı firmalar, değerlendirme aşamasında ürünlerinden birer örneği denenmek üzere ünitemize teslim edilecektir. Kabul, malzemeler denendikten sonra yapılacaktır.


Prof. Dr. Güllü GÜNEL
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Dip. Tescil No: 8478
Dip. Tescil No: 60725


Doç. Dr. Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Dip. Tescil No: 93981

İstem No : 63584
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 30.11.2017
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : GHASYB1
Bölüm Adı : GÖĞÜS HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014566	PARMAK PROBU (DISPOSABLE) (ERISKİN)	500.00	ADET

Şartname Kodu : 43910

PULSE OKSİMETRE PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob oksijen saturasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkinlerde kullanılmalıdır.
2. Prob Philips MX500 monitör ile uyumlu olmalıdır.
3. Prob, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.
4. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti-allerjik özellikte olmalıdır ve lateks içermemelidir.
5. Probun kendinden kablosu olmalıdır, kablosu takılıp sökülen tipte olmamalıdır.
6. Prob, orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
7. Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve özellikleri yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.
8. Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
9. Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak parazitleri giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.
10. Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
11. Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilir ve hasta cildini yakmamalıdır.
12. Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.
13. Probun oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde ile kaplı olmalı, yapışkan olmayan bölge bulunmamalıdır.
14. Yetişkin problemlerinin;
a) Kablo boyları en az 45 cm olmalıdır.
b) Hasta cildinin kolayca görülebilmesi için yan tarafları şeffaf olmalıdır.

Prof. Dr. Can GÜRSEL
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 5418
Dip. Tescil No: 65725

Doç. Dr. Müge AYDOĞDU
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Diploma No: 99-392-126
Dip. Tescil No: 93981