

63642

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ BİYOKİMYA LABORATUVARI BÖLÜMÜNDE KULLANILAN OSMOMETRE CİHAZI PARÇA HARIÇ BAKIM/ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Bu şartname T.C GAZİ ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ GAZİ HASTANESİ bünyesinde kurulu ve çalışır durumda bulunan WESCOR MARKA VAPRO MODEL OSMOMETRE CİHAZI yıllık planlı bakım, arıza, onarım ve kalibrasyon işine ait teknik özellikleri içerir.

İDARE: GAZİ ÜNİVERSİTE TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ ve Yetkili Gördüğü Birimler

YÜKLENİCİ: Sistem bakım, onarım ve kalibrasyonu işini sözleşme tarihinden itibaren üstlenen ve bu sözleşmede yazılı süre kadar yapmayı taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip kurum, kuruluş, firma veya şahıslardır.

Bakım: Sistemin arızalanmasını önlemek, verimliliğini artırmak amacıyla periyodik olarak yapılan teknik ömrünü dolduran parçalarını değiştirilmesi, sistemin gözle muayene edilmesi, ayarlarının yapılması, performansının kontrol edilmesi, toz temizliği yapılması işlemlerini kapsayan, arıza giderme ve kalibrasyon dışında yürütülen koruyucu ve planlı teknik faaliyetlerdir.

Arıza: Sistemin var olan işlevlerinden birini veya birkaçını sürekli ve aralıklı olarak yerine getirememesi, verilen komutlara cevap vermemesi, yanlış inceleme sonucu vermesi gibi sistem modüllerindeki sorunlardır.

Onarım: Arızanın giderilmesi ve sistemin arıza öncesi fonksiyonlarına kavuşturulması işlemlerinin bütünüdür. Onarım işlemleri, parça değiştirme, ayar yapma, sıkıştırma, yerine koyma ve arızalı parçanın revizyonu gibi işlemleri de kapsar. Arızanın niteliğine göre onarım işlerini ayar ve kalibrasyon takip edebilir.

Kalibrasyon: Sistemdeki elektriksel ve fiziksel parametrelerin belirli ortam koşulları altında referans ölçüm cihazlarıyla periyodik olarak test edilmesi, ölçüm değerlerinin karşılaştırılması ve kayıtlarının tutulması işidir.

2)YÜKLENİCİ ihale konusu cihazların bakım ve onarımı işini uzmanı olan ve bu cihazların bakım ve onarımı ile ilgili eğitim almış kişilere yaptıracaktır. Bakım-onarım hizmetini verecek kişilerin bu konu ile ilgili yetkin olduklarını gösteren belgelerini sözleşme aşamasında İDARE' ye sunacak ve İDARE tarafından titizlikle değerlendirilecektir.

3)ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ: Planlı koruyucu bakımlar ile arızalara müdahaleler aşağıda belirtildiği şekilde (Resmi Tatiller ve Bayramlar hariç) yapılacaktır:

- Hafta içi 08.00-17.00 saatleri arası

Hizmeti verecek YÜKLENİCİ 7/24 (Haftanın 7 gün 24 saat) ulaşılabilecek bir servis telefon numarası verecektir. Gerekli takdirde YÜKLENİCİ tarafından önceden haber verilmesi şartı ile cihaz onarım sürecinde bütün gün, gerekirse daha fazla İDARE onayından sonra kapatılabilecektir.

4)PLANLI KORUYUCU BAKIMLAR: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak ve daha verimli çalışmasını sağlamak

Doç.Dr. Canan Yılmaz DEMİRTAŞ
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip. No: 01001986 Dip. Tes. No: 95897

Doç. Dr. Özlem GULBAHAR
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip.No:2367 Dip Tes No: 50304

ETKAN METİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

- 5) İDARE, bu sözleşme süresi içinde, sözleşme konusu hizmetlerle ilgili olarak üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle başka bir sözleşme imzalamayacaktır.
- 6) Gerekli kalibrasyon işlemleri ve programı YÜKLENİCİ tarafından yapılacak ve yazılı olarak tutulacaktır.
- 7) İdarece temin edilmesi gereken yedek parçalar YÜKLENİCİ tarafından sisteme monte edilecektir.
- 8) YÜKLENİCİ tarafından sağlanan parçalar yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 9) Bakım ve kalibrasyon işlemleri üretici firma dokümanlarına uygun olarak yapılacak ve her bakım dönemi için belgelenecektir.
- 10) Yüklenici firma bir defaya mahsus ilgili cihazın **2 adet THERMOCOUPLE HEAD** parçasını **ÜCRETSİZ** olarak değiştirecektir.
- 11) Sözleşme sonunda YÜKLENİCİ sistemi, bakımı yapılarak çalışır durumda teslim edecektir.
- 12) Yüklenici firma hizmet yeterlilik belgesi veya tecrübeye dair referans (başka bir kurumda ilgili cihaza bakım yaptığına dair) belgeyi kurumumuza verecektir.

BİYOKİMYA LABORATUVARI PARÇA HARIÇ BAKIM TABLOSU

S/N	Cihazın adı	MİKTARI (CİHAZ SAYISI)	YILLIK BAKIM PERİYODU
1	WESCOR MARKA VAPRO MODEL OSMOMETRE CİHAZI BAKIM ONARIMI	1	6 AYDA 1 BAKIM

Doç. Dr. Canan Yılmaz DEMİRTAŞ
T.C. G.Ü.T.F. Gazı Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip. No: 01001988 Dip. Tes. No: 95369

Doç. Dr. Özlem GÜRBAHAR
T.C. G.Ü.T.F. Gazı Hastanesi
Tıbbi Biyokimya
Dip. No: 2387 Dip. Tes. No: 50304

Erkan CETİN
T.C. Gazı Üniversitesi
Gazı Hastanesi
Tıbbi Biyokimya Birimi



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
GAZİ HASTANESİ



ARIZA KARTI TANITMA RAPORU

Tarih : 30.11.2017

Sayfa : 1/1

CİHAZ KODU	1020557	PARÇA KODU	: 0
SERİ NO			
CİHAZ ADI	OSMOMETRE		
PARÇA ADI			
MARKASI	WESCOR		
MODELİ	VAPRO		
DEMİRBAŞ NO	253.3.5/13/409764		
BULUNDUĞU BÖLÜM	BIYOKİMYA LABORATUVARI		
ALIM TARİHİ			
GARANTİ BŞL TRH		GARANTİ BTŞ TRH	:
SÖZ. FİRMA İSMİ			
SORUMLU İSMİ			
SÖZ. FİRMA TELEFON		SORUMLU TELEFON	:
SÖZLEŞME BŞL TRH		SÖZLEŞME BİTİŞ TRH	:
ARIZA KARTI ID	: 4806		
İŞLEM MERKEZİ	:		
İŞLEM YAPAN KİŞİ	: ÖMER UYURCA		
İŞLEM YAPILAN TRH	:		
BEDELİ	: 0		
YAPILAN İŞLEM	: 63642 İSTEM NUMARASI İLE 30.11.2017 TARİHİNDE BAKIM ONARIM TALEBİ YAPILMIŞTIR.		
AÇIKLAMA	: CİHAZIN BAKIMLARI VE KALİBRASYONLARI TARAFIMIZCA YAPILAMAMAKTADIR.		

Erkan CETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Basteknik Uzman Yrd.

NOT: Bu Cihaz 1 'kez Arızaya Gelmiştir.