

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İHTİYAÇ FORMU**

BİRİMİ ve BÖLÜMÜ	PROJE YÖNETİCİSİNİN ADI SOYADI	TARİHİ	NO
Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri	DOÇ.DR. İPEK SÜNTAR	13/11/2017	7
	TEL : 202 31 76		

**GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE
(Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi)**

'02/2017-10' kodlu ve 'Rumex crispus L. BİTKİSİNİN SIÇANLARDA DENEYSEL ABDOMİNAL ADEZYON MODELİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ' konulu projem için zorunlu olan aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı toplam 2 kalem hizmetin / malzemenin / teçhizatın tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


İmza:

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
1	Isıtmalı Ultrasonik Banyo	1	Adet	<ol style="list-style-type: none"> 1.Cihazın kapasitesi 10 L olmalıdır. 2.Cihaz ısıtmalı olmalıdır. 3.Cihazda zamanlayıcı ve sıcaklık analog kontrollü olmalıdır. 4.Cihazın çalışma frekansı 40 kHz olmalıdır. 5.Cihaz ortam sıcaklığından 85 °C'ye kadar ısıtma yapabilmelidir. 6.Cihazın iç kısmı paslanmaz çelikten, dış kısmı çelik üzerine toz boyalı olmalıdır. 7.Cihazın zaman ayarı 0-30 dk arasında yapılabilmelidir. 8.Cihazda ½"NPT drenaj vanası bulunmalıdır. 9.Cihazın tank boyutları 290 x 240 x h150 mm olmalıdır. 10.Cihazın net ağırlığı 7 kg olmalıdır. 11.Cihazın HF pik çıkış gücü 265 W olmalıdır. 12.Cihazın ısıtıcı gücü 258 W olmalıdır. 13.Cihazın kapağı ve sepeti bulunmalıdır. 14.Cihaz 220V/50Hz şehir ceryanında çalışabilmelidir. 15.Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır ve bu belge ihale dosyasına eklenmelidir. 16.Teklif veren firma Türkiye temsilcisi veya temsilci firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. 17.Temsilci firma üretici firmadan alınmış Türkiye temsilcilik belgesini noter tasdikli sunmalıdır. Toplayıcı veya aracı firmalardan alınmış Temsilcilik Belgesi kabul edilmeyecektir. 18.İthalatçı firmanın TSE Yeterlilik Belgesi bulunacaktır. 19.Teklif edilen cihazlar üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl, ücreti karşılığında 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilecektir.
2	Mikrotüp Homojenizatör	1	Adet	<ol style="list-style-type: none"> 1.2800-4000 rpm arası devir hızı olmalıdır. 2.3 adet 2 mL tüp kapasiteli olmalıdır. 3.Zamanlayıcı 3 sn - 3 dk arasında ayarlanabilmelidir. 4.+4C - +65C arası sıcaklıklarda çalışabilmelidir. 5.En fazla 17x21x13.5 cm ölçülerinde ve kompakt yapıda olmalıdır. 6.En fazla 2.2 kg ağırlığında ve hafif olmalıdır. 7.Üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır ve ürün ile birlikte sunulmalıdır. 8.Ürün ile birlikte mukozal doku ve deri dokusu gibi dokularda kullanıma uygun olması için 2.8 mm'lik çelik beadler verilmelidir ve ayrıca farklı doku örneklerinin de kullanımına imkân sağlaması için

03.7.1.90

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Ölçü Birimi	Özelliği
				<p>cam bead ve zirkonyum bead seçenekleri ile birlikte verilmelidir. Daha sonra istenildiğinde de firma kısa sürede bunları arařtırmacıya sağlayabilmelidir. Yine cihazla birlikte her bir bead için 1'er paket 2ml'lik tüp verilmelidir.</p> <p>9.İthalatçı firma ürün tesliminde gerekli belgelerini sunmuş olmalıdır.</p> <p>10.Çin menşei cihazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.</p> <p>11.İthalatçı firma teklif öncesinde cihazın gerekli tanıtımlarını ve gerekli görülmesi durumunda demo çalışmasını laboratuvarında yapmış olmalıdır.</p>