

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63572
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 28.11.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CGASKL1
Bölüm Adı : ÇOCUK GASTROENT. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012685	GS1150 KOLONOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ (FILELİ) 230 CM.	10.00	ADET

Şartname Kodu : 40877

FILELİ SNARE

- 1-Polip çıkarmak amaçlı dizayn edilmiş olmalı.
- 2-Filenin yapısı polipleri tutabilecek yapıda ve yakalanan poliplerin tekrar düşmemesi için tasarlanmış olmalı .
- 3- Alınan örnekleri optimum bir patolojik inceleme için hasarsız olarak çıkartabilecek özellikte olmalı .
- 4-Handle üzerinde ölçü sıkalası olmalı.
- 5-Çok kullanımlık olmalı.
- 6-Filenin kılıf çapı 2.6 uzunluğu 230 cm olmalı.
- 7-Filenin ölçüsü 3x6- 6x9 cm olmalı.
- 8-Filenin tel yapısı poliplerin düşmemesi için güçlü olmalı .
- 9-Handle üzerinde sabitleme aparatı olmalı .
- 10-File birden fazla polibi çıkartabilecek nitelikte olmalı .
- 11-File tek elle maniplasyona izin verecek yapıda olmalı.
- 12-File işlem esnasında görüntülemeye izin verecek yapıda olmalı .
- 13-UBB barkot numarası olmalı .
- 14.Orjinal steril pakette teslim edilmeli.
- 15- Numuneler doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

Dr. Dr. Buket DALGIC
Gazi Üniversitesi
Cocuk Hastanesi
Dip. No: 59487/190437

Doç. Dr. Sinan SARI
T.C. Gazi Üniversitesi
Cocuk Hastanesi
Dip. No: 59487/190437

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63572
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 28.11.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : CGASKL1
Bölüm Adı : ÇOCUK GASTROENT. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01A373	GS1150 ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ (FILELİ) 160 CM.	10.00	ADET

Şartname Kodu : 9722

ROTH-NET FİLELİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yabancı cisim çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Filenin yapısı yabancı cisimleri kolaylıkla tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan cisimlerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Optimum bir patolojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4. Snare disposable olmalıdır.
5. Filenin kılıf çapı pediatrik kullanımlarda 1.8 mm. olmalıdır. Kılıf uzunluğu ise 160 cm olmalıdır.
6. Filenin yaklaşık ölçüsü pediatrik kullanım için 2 x 4.5 cm. olmalıdır.
7. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
8. File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır. ee
9. File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
10. Her ürünle birlikte kanal kapağı verilmelidir.
11. Filenin Uluslar arası kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalıdır.


Dr. Sinan SARI
T.C. Gazi Haseki Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. No: 99.06001.91/1 Dip. Tes. No: 69487/098437


Dr. Sinan SARI
T.C. Gazi Haseki Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. No: 99.06001.91/1 Dip. Tes. No: 69487/098437

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63572
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 28.11.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : CGASKL1
Bölüm Adı : ÇOCUK GASTROENT. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01E776	GS1160 ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ (OVAL) 180 CM.	10.00	ADET

Şartname Kodu : 23240

POLYPECTOMY SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ? Polypektomy oval tipte olmalıdır.
- ? Polypektomy snare tel genişliği (40-50 mm) arasında olmalıdır.
- ? Polypektomy snare?ın radial gücü (açılımı) iyi olmalıdır.
- ? Polypektomy snare Endoskop kanalında kullanılmaya uygun olmalıdır.
- ? Polypektomy Snare 2.3-2.5-2.8 mm kalınlığında 180 cm boylarında olmalıdır.
- ? Polypektomy Snare üzerinde handle mevcut olmalıdır.
- ? Polypektomy Snare tek kullanımlık olmalıdır.
- ? Klinik numuneleri kullandıktan (denedikten) sonra karar verecektir.
- ? Malzeme T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt geçerli olmalıdır.

Prof. Dr. Buket DALGIÇ
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Hastaneleri
Dış Hastalıkları ve İç Hastalıkları
Dış Hastalıkları
Dış Hastalıkları

Prof. Dr. Sinan SARI
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Hastaneleri
Dış Hastalıkları
Dış Hastalıkları
Dış Hastalıkları

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 63572
İstem Tarihi : 28.11.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 28.11.2017
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : CGASKL1
Bölüm Adı : ÇOCUK GASTROENT. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010824	ENDOSKOPIK YAKALAMA FORCEPSİ (BASKET SEKLİNDE) (REUSABLE)	10.00	ADET

Şartname Kodu : 10533

- 1-Malzemenin uç yapısı yabancı cisimleri rahat bir şekilde yakalayabilmesi için 4 telden oluşmuş basket şeklinde olmalı, açılma genişliği 32mm olmalı
- 2-Basket yabancı cisimleri ,polipleri yakalayıp çıkartmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3-Forceps,iç çapı 2.2mm,çalışma uzunluğu 1030mm olan gastroskopta kullanıma uygun olmalı
- 4-Malzeme handle ile birlikte paketlenmiş olmalı
- 5-Malzemenin gövdesi paslanmaz çelik olmalı
- 6-Ambalajlar üzerinde üretim tarihi belirtilmiş olmalı
- 7-Malzeme uluslararası kalite standartlarına (CE) haiz olmalıdır

Prof. Dr. Buket DALGİÇ
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Hastanesi
Dip. No: 98.0901.91

Doç. Dr. Siman GARI
T.C. Gazi Üniversitesi
Çocuk Hastanesi
Dip. No: 98.0901.91