



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 38886

Düzenleme Tarihi : 12.12.2017

KOD : J03-032215 /

MALZEME ADI : LED IŞIKLI BAŞA TAKILABİLİR ALIN AYNASI.

Teklif edilen LED-kafa lambası aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- * LED teknolojisine sahip olmalı ve ayrıca hafif özellikte bir model olmalıdır.
- * Aydınlatma alanı 10-100 mm çapında, en az 40 cm çalışma mesafesinde ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
- * Aydınlatma alanı ayarlandığında cihaz, indirekt laringoskopik muayenede larenksin tam olarak görüntülenmesi için yeterli aydınlatmayı sağlayacak güçte ışık üretmelidir
- * Led teknolojili beyaz ışık > 50.000 Lux,
- * Li-Ion pil içeren şarj edilebilir batarya kutulu olmalıdır.
- * Batarya kafa lambasına monte olmalı, cihaz kablolardan bağımsız kullanılabilirdir
- * Cihaz, ağız ve larenks muayenesinde
- * Aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilmelidir;
- * 1 adet LED-kafa lambası için kafa bandı, ekstra hafif, çapraz bantlı, yastıklı ve portable ışık kaynağı taşıyıcılı
- * LED-kafa lambası ve batarya kutusu için tutucu ile birlikte
- * 1 adet Li-Ion pil içeren batarya kutusu
- * Li-Ion batarya için şarj cihazı elektrik kablosu ile birlikte.



HAZIRLAYANLAR

Arif Gür Dr. Mehmet Gökçe
Dış no: 166659

ONAYLAYAN