



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 22278

Düzenleme Tarihi : 12.12.2017

KOD : J06-060785 /

MALZEME ADI : PACE MAKER ARA KABLOSU.

Geçici Pacemaker Ara Kablo Teknik Şartnamesi

- 1.Kliniğimizde kullanılmakta olan Medtronic 5388 Dual Chamber Tempory Pacemaker ve Medtronic 5348 Single Chamber Tempory Pacemaker cihazlarına uyumlu olmalıdır.
- 2.Kolayca yerinden çıkmaması için güvenlik mekanizması ile konnektöre bağlanmalıdır.
- 3.Steril edilebilir olmalıdır.
- 4.Kablolar en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 5.+ ve – kutuplar renk kodlarıyla ayrılmış olmalıdır.
- 6.Atrium ve ventrikül kullanımı için farklı renkle kodlanmış kablo olmalıdır.
- 7.İhale esnasında kullanılarak değerlendirme yapmak için numune getirilmelidir.

Prof. Dr. Mehmet Levent OKTAR
T.C. G.Ü. Gazi Hastanesi
Kalp D. Cerrahisi
No: 6343 / Faks No: 63828

Ayşe Göksel
KCCYB Sorumlu Hemşiresi

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN