



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 44232

Düzenleme Tarihi : 14.12.2017

KOD : J01-01A047 /

MALZEME ADI : KULAK TIKACI

KULAK TIKACI ŞARTNAMESİ

PET MR cihazına giren hastalarda kullanılmak üzere;

1. Gürültü azaltma dercesi(SNR): 36 Db
2. CE Onaylı olmalı
3. Kolay ve hızlı yerleştirme olanağı olmalı
4. Maksimum rahatlık için ekstra yumuşatılmış olmalı
5. Pürüzsüz yüzeye sahip olmalı
6. Antialerjik olmalı
7. Duvara asma aparatıyla birlikte olmalı
8. 500 çift olmalı

HAZIRLAYANLAR

Doç. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 98-092-034 Dip. Tes. No: 88823

Prof. Dr. L. ÖZGEN AKAY
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Nükleer Tıp
Dip. No: 88-092-034 Dip. Tes. No: 88823

ONAYLAYAN