

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64561
İstem Tarihi : 17.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 17.01.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014414	KR1086 PTCA KILAVUZ TEL 0.014" HİDROFİLİK (FLOPPY).	200.00	ADET

Şartname Kodu : 41112

- PTCA KILAVUZ TEL (0.014 FLOPPY) - Koroner anjioplastide kullanılacaktır.
- Telin ucu floppy özellikte olacaktır.
 - Telin çapı 0.014 inç, uzunluğu 175-220 cm olacaktır.
 - Tel tüm uzunluğu boyunca radyoopak olmalıdır, ancak distal 3 cm'lik ucu gövdesinden daha fazla radyoopasiteye sahip olmalıdır.
 - Tel bire bir tork alma özelliğine sahip olacaktır.
 - Telin distal ucu damara zarar vermeyecek yapıda yumuşak olacaktır.
 - Tel önceden J şekli verilmiş olacak, ancak gerektiğinde kolayca tekrar şekil verilebilecektir.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 12 (oniki) ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet Özer
T.C. G.Ü.T.F. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Diploma No : 3148136
Dip. Tescil No : 378669

Öğr. Gör. Dr. Saah TOPAL
T.C. G.Ü.T.F. Sağlık Bilimleri Fakültesi
KARDİYOLOJİ A.B.D.
Dip. Tesc. No: 90171

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64561
İstem Tarihi : 17.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 17.01.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-016631	KR1086 PTCA KILAVUZ TEL 0.014" HİDROFİLİK (INTERMEDIATE).	50.00	ADET

Şartname Kodu : 37116

- Koroner anjioplastide kullanılacaktır.
- Telin ucu intermediate özellikte ve Hidrofilik olacaktır.
 - Kronik total oklüzyon ve yüksek oranda stenozlu lezyonlara müdahale amaçlı üretilmiş olmalı.
 - Koroner balon ve koroner stent taşıyabilmeli.
 - Telin çapı 0.014 inç, uzunluğu 175-190 cm olacaktır.
 - Tel tüm uzunluğu boyunca radyopak olmalıdır, ancak distal 2.8-3 cm'lik ucu gövdesinden daha fazla radyoopasiteye sahip olmalıdır.
 - Tel bire bir tork alma özelliğine sahip olacaktır.
 - Telin distal ucu damara zarar vermeyecek yapıda yumuşak olacaktır.
 - Tel önceden J şekli verilmiş olacak, ancak gerektiğinde kolayca tekrar şekil verilebilecektir.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 12(oniki) ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa Çurak ÖZGEN
T.C. G.Ü.T.F. Kardiyoloji
Kardiyoloji
Diploma No: 314818
Dip. Tescil No: 376088

Özr. Gör. Dr. Salih TOPRAK
T.C. G.Ü.T.F. Genel Hastane
KARDİYOLOJİ A.B.D.
Dip. Tesc. No: 90171