

DİZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremiteler(Diz)Örtüsü	200x300cm	1 Adet
*Yan Bantlı Örtü	75x80cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	150x200cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Yapışkan Bant	10x50cm	1 Adet
*Cerrahi Önlük	Taviyeli	2 Adet
*Havlu	40x40cm	2 Adet
*Cerrahi İşaretleme Kalem ve Cetvel		1 Adet
*Steril Atroskopik Kamera Kılıfı		1 Adet
*Elastik Bandaj		1 Adet
*Ayak için Stokinet		1 Adet
*Yapışkan Bant		2 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;

- 1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullanılarak rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
- 2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
- 3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- 4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesi ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazı Üniwersitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dış.No: 7718-Dış.Tes.No: 925

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazı Üniwersitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dış.No: 925 - Dış.Tes.No:99781

KALÇA ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (KATALOG İÇERİĞİ)

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

- 1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı
- 2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.
- 3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.
- 4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
- 5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.
- 6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Kalça U Örtüsü	200x250cm	1 Adet
*Bantlı Anestezi Örtü	200x300cm	1 Adet
*Bantlı Ayak Örtüsü	150x180cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	100x150cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Cerrahi Önlük	Taviyeli	2 Adet
*Havlu	40x40cm	2 Adet
*Cerrahi İşaretleme Kalem ve Cetvel		1 Adet
*Elastik Bandaj		1 Adet
*Ayak için Stokinet		1 Adet
*Yapışkan Bant		2 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;

- 1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven 'dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.
- 2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.
- 3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.
- 4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesi ile dikilmeli (ikinci dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip. Teş.No: 801

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 825-Dip. Teş.No: 88781

OMUZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMENSİ

A-KONU

Bu cerrahi örtü seti ORTOPEDİ vakalarında kullanılabilecek özelliğe sahip olmalı ve tüm örtüler tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır..

B-VAZGEÇİLMEZ ÖZELLİKLER

1-Ürünlerin CE –ISO 13485-ISO 9001:2000 Kalite Uygunluk Belgeleri olmalı

2-Set materyali ameliyat esnasında oluşacak kan , alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamıyla örtü tarafından absorbe edilebilmesi , PE ile desteklenmiş orta tabaka ile bu sıvıların alta geçmemesi , en alt kattaki medikal non-woven sayesinde de hasta vücudunun tahriş olmaması özelliğine sahip özel üç katlı medikal materyalden imal edilmelidir.

3-Bu materyel ile üretilen setler , hastanın kat kat örtülmesini önleyerek hastanın çok kısa sürede örtülerek ameliyata hazırlanmasını sağlamalıdır.

4-Setler pratik kullanım özelliği ile kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.

5-Materyalin üç katlı olması enfeksiyon riskini minimize edeceğinden aranan vazgeçilmez teknik özelliği olacaktır.

6-Set grubu aşağıdaki özel parçalardan ihtiva edilmelidir.

*Ekstremitte Örtüsü	200x300cm	1 Adet
*Yan Bantlı Örtü	75x80cm	1 Adet
*Alet Masa Örtüsü	150x200cm	1 Adet
*Mayo Masa Örtüsü	80x150cm	1 Adet
*Yapışkan Bant	10x50cm	1 Adet
*Cerrahi Önlük	Taviyeli	2 Adet
*Havlu	40x40cm	2 Adet
*Cerrahi İşaretleme Kalem ve Cetvel		1 Adet
*Steril Atroskopik Kamera Kılıfı		1 Adet
*Elastik Bandaj		1 Adet
*Ayak için Stokinet		1 Adet
*Yapışkan Bant		2 Adet

Set içerisindeki Cerrahi Önlük;

1-Tek kullanımlık emici olmayan 45gr/m² medikal non-woven ‘dan üretilmiş önlüklerin kol manşetleri kullanımı rahatsız etmeyecek şekilde elastiki olup , cerrahi eldivenin giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyırılmasını engelleyecek biçimde bileği kavramalıdır.

2-Önlük, yaka açıklığının ayarlanmasını mümkün kılan velcron ihtiva etmelidir.

3-Önlüğün boyun kısmı teri emen,sürtünme ile cildi tahriş etmeyen yumuşak biye ile çevrelenmiş olmalıdır.

4-Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamayacak şekilde olmalı , ayrıca dikiş yerleri dört iplik overlok makinesi ile dikilmeli (iki dikiş olmalı) yeterince sağlam olup beden hareketleri ile açılmamalıdır.

Doç.Dr. Mustafa İbrahim
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.786.149

Prof.Dr. Yusuf Çiğdem
T.C.Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anestezi ve Reanimasyon
Dip.No: 826-Dip.786.149