

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64597
İstem Tarihi : 18.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 18.01.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01A463	OR1560 (PEG SETİ) PERKÜTAN BESLENME TÜPÜ VE GASTROSTOMİ KATETE	50.00	ADET

Şartname Kodu : 35181

PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ

(PEG) SET TÜP ŞARTNAMESİ

1. 40 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Tibbi KARBOTAN yapısında olmalıdır.
3. Radyo-opak olmalıdır.
4. Mesafe çizgileri bulunmalıdır.
5. Hidromer kaplı uç içeren özel tüp den oluşmalıdır.
6. 18 frençlik sunum olmalıdır
7. Latex free olmalıdır
8. Pull (çekme) teknik ile takılma özelliğinde olmalıdır
9. Uzun dönem enteral beslenme uygulamalarında kullanılan.
10. İç sabitlem diski 3 yapraklı yonca şeklinde olmalıdır.
11. Her setle beraber 1 adet Y konnektör verilmelidir

Doç.Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip.No: 96011066 Dip. Tes.No: 78836

Prof. Dr. Melih İBİS
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıklar Gastroenteroloji Uzmanı
Dip.No: 92-955 Dip. Tes.No: 71571

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64597
İstem Tarihi : 18.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 18.01.2018
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010944	GS1110 VÜCUDA YERLESTİRİLEBİLİR ENDOSKOPIK LİGASYON KLİPSİ (LARG)	100.00	ADET

Şartname Kodu : 26545

DISPOSİBLE KARTUŞ KLİP LONG

- 1-tekli edilen klip aplikatörü ile uyumlu olmalıdır
- 2-Cerrahi işlem öncesi mukosal işaretleme için ve kanama kontrolü için kullanılmalıdır.
- 3-Tek kullanımlık olmalıdır.
- 4-Kolay yükleme yapabilmek için tek tek kartuşlar içerisine yerleştirilmiş olmalıdır.
- 5-Bipod ve bırakılabilir özellikte olmalıdır.
- 6-Bacak uzunluğu 9mm uç açısı 135 derece olmalıdır.

Doç.Dr. Mehmet ARMAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip.No: 96011016 Dip. Tez. No: 78836

Prof. Dr. Mehmet İBİS
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt. Üyesi
Dip.No: 92-955 Dip. Tez. No: 71571

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64597
İstem Tarihi : 18.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 18.01.2018
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062777	SUCTION VALFİ (EUS İÇİN)	10.00	ADET
Şartname Kodu : 44446			

SUCTION VALFİ

Teklif edilen suction valfi bölümde mevcut (GIF-UCT180) Olympus Marka ultrasonik gastroskoplarda kullanıma uygun olmalıdır.

Teklif edilen suction valfi reusable olmalı tekrar kullanıma uygun olmalıdır

Doç.Dr. Melih ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt.Gör.
Dip.No: 99011016 Dip. Tes.No: 78836

Prof. Dr. Melih ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt.Üyesi
Dip.No:92-955 Dip. Tes.No:71571

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64597
İstem Tarihi : 18.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 18.01.2018
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062776	HAVA SU VALFİ (EUS İÇİN)	10.00	ADET

Şartname Kodu : 44448

HAVA-SU VALFİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teklif edilen hava su valfi bölümde mevcut(GIF-UCT180) Olympus Marka ultrasonik gastroskoplarda kullanıma uygun olmalıdır.

Teklif edilen hava su valfi endoskoplarda hava ve suya yön vermede kullanıma uygun olmalıdır.

Teklif edilen hava su valfi reusable olmalı tekrar kullanıma uygun olmalıdır

Dr. Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt.Gör.
Dip.No: 96011015 Dip. Tes.No: 78836

Prof. Dr. Mehmet İBİS
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları Gastroenteroloji Öğrt.Üyesi
Dip.No:92-955 Dip. Tes.No: 78871