

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64400  
İstem Tarihi : 11.01.2018 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 24.01.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : ONKKEMOKL1  
Bölüm Adı : KEMOTERAPİ ÜNİTESİ KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011656	AN1360 PORT İĞNESİ 20 G 20MM.	1.000,00	ADET
Şartname Kodu	: 28869		

1. İğne, Huber tip anti-coring özellikli olmalı, çıkarıldığında ise iğnenin bütün olarak dış ortamla teması tamamen kapanmalı, erişilemez olmalıdır.
2. Latex free, Non-Pyrogenic, Non-Toxic, olmalıdır. Bu bilgiler ambalaj üzerinde de belirtilmiş olmalıdır.
3. Güvenlik örtüsü olmalı; görsel tespiti için şeffaf materyalden olmalıdır.
4. İğne yaralanmalarını önlemek için kullanıldıktan sonra iğnenin dışarı çıkmasına imkan vermeyen güvenlik mekanizması bulunmalıdır.
5. Rahat kavranabilmesi ve çıkarılabilmesi için kanat şeklinde açılabilen tutma mekanizması olmalıdır.
6. Kolay ve hızlı uygulanabilmeli, cilt tahrişini önleyen koruma materyali bulunmalıdır. Bu materyal port giriş yerinin görülebilmesine imkan vermemelidir.
7. Uzatma tüpü en az 20 cm olmalı, üzerinde klemp ve ucunda luer bağlantı olmalıdır.
8. Ürünler CE Belgeli olmalı, teslim edilen ürünlerin raf ömrü en az 2,5 yıl olmalıdır.
9. Ürünler tekli steril ambalajlarında olmalıdır. Ambalaj üzerinde; Kalınlık, Uzunluk, Teknik özellikler, üretim ve son kullanım tarihleri, tek kullanımlık olduğu Lot no bilgileri bulunmalıdır.
10. En az 5 adet numune kullanıldıktan sonra bölüm tarafından karar verilecektir.
11. Kemoterapi ilaçları ile geçimsizlikleri belirtilmiş olmalıdır.
12. Ürünler PVC İÇERMEMELİDİR

Uzm. Dr. Gözde TAHTACI  
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  
İç Hastalıkları A.B.D.  
Medikal Onkoloji B.D.  
Tescil No: 126677

Prof. Dr. Aytuğ ÜNER  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
İÇ HASTALIKLARI A.B.D./MEDİKAL ONKOLOJİ  
Diploma No: 6190  
Tescil No: 13269

24/1/2018