



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 44336

Düzenleme Tarihi : 25.01.2018

KOD : J01-012909 /

MALZEME ADI : TORAKS-ABDOMEN KEMERİ.

- 1- Kilinimizde çalışmakta olan Nox marka A1 model polisomnografi cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- Her kalem için 1 adet toraks ve 1 adet de abdomen banti verilecektir, bantlar hastanın göğüs ve karın bölgesindeki hareketleri algılayarak sisteme iletebilmelidir. Bantlar RIP (Respiratory Inductance Plethysmography) özelliğine sahip olmalıdır.
- 3- Hasta ve sistem arasındaki kablosu yeterli uzunlukta olmalıdır.
- 4- Uyku esnasında hastayı rahatsız etmeyecek yumuşak yapıda olmalıdır.
- 5- Hasta hareketleri sırasında kolayca çıkıp kayıt alınamaz hale gelmemelidir.
- 6- Kemer setlerinin yarısı Medium, yarısı Large ebatında olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak/Burun/Böğaz
Dip.No:11237 Dip. Tes. No: 129572