



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 44445

Düzenleme Tarihi : 18.01.2018

KOD : J09-095245 /

MALZEME ADI : LARİNGOSKOP ASICI

Laringoskop Süspansiyonu Teknik Şartnamesi

1. Aygün Katalog No: D9-1 ile belirtilmiş ürün, kliniğimizde mevcut DL sistemi ile uyumlu olmalıdır.
2. Ürün paslanmaz, dayanıklı metalden yapılmış olmalıdır
3. Ürün kolay sıkılabilir ve gevşetilebilir olmalı, bu işlemler esnasında takılmamalıdır
4. İhale dökümanı meyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecektir veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen aletin ana işlevini gören işlevsel özellikleri, şekil(eğim,kavis,kıvrım vb.) ve metal yapısı istenilenin aynı olmak zorundadır.
5. Teklif edilen cihazlar en az bir (1) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı garantili olmalıdır.
6. Cihaz CE, ISO, FDA ve TSE gibi standartlara sahip olmalıdır

Prof.Dr. Yusuf ÜNAL  
T.C.Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anestezi ve Reanimasyon  
Dip.No: 825 - Dip.Tes.No:89781

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Dr. Mustafa ARSLAN  
T.C.Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip.No: 7718-Dip.Tes.No: 80005