

CERRAHİ CİLT KAPATICI ŞERİTLER

1. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
2. Ürünün sırt yapısı polyester filamentlerle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaftan yapılmış olmalıdır.
3. Hipoallerjenik olmalıdır.
4. Mikro gözenekli yapıda olmalı cilt nefes alabilmelidir.
5. Atravmatik uygulanabilmeli, dikiş izi kalmamalıdır.
6. Ürün yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı düzgün olarak kapatabilmelidir.
7. Ürün stapler ve dikiş materyali ile beraber kullanılabilenlidir.
8. Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
9. Ürün fiberglas, lateks, silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.
10. Gamma yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.
12. Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.
13. Boyutu 6mm x 100mm olmalıdır.

Prof.Dr. Seyhan ÇENETÖĞLU
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
Diploma No: 99-AA-151
Dip. Tescil No :27790

Doc.Dr. Seman TUNCEL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Dip. Tescil No: 99-AA-151