

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64746
İstem Tarihi : 24.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 25.01.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : ANREYB1
Bölüm Adı : ANEST. REA.YOĞUN BAK.


İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|--------------|--|--------|--------|
| J01-012410 | OR2720 TRAKEOSTOMİLİ HASTALAR İÇİN FİLTRE (ISI VE NEM DEĞİŞTİRİCİ) | 100.00 | ADET |

Şartname Kodu : 44621

TRAKEOSTOMİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Filtre ölü boşluğu 10 cc den büyük olmamalıdır.
2. Filtre küçük ve hafif olmalı ağırlığı 6,5 gramı geçmemelidir.
3. Trakeostomi hastalarında kullanımına uygun olmalıdır.
4. Filtre steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.
5. Higroskopik ve microwell kağıt yapıda olmalıdır.
6. Isı-nem değiştirici özelliği (HME) olmalıdır.
7. Tamamlayıcı oksijen portu sayesinde ek oksijen verebilme imkanı sağlamalıdır.
8. Ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.
9. Malzemeler ihaleden sonra denenecektir.
10. Ürün CE belgeli olmalıdır.



Prof. Dr. Lale KARABEKİR
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Dip. No: 39307

Uzm. Dr. Eda MAZİT AYDIN
Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Hast.
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.
Yoğun Bakım BD.
Dip. Tesc. No: 117171