



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 44592
Düzenleme Tarihi : 24.01.2018

KOD : J06-012722 /
MALZEME ADI : MİKROSKOP AMPULU.

- OPMI VARIO 700 MODEL AMELİYAT MİKROSKOBU XENON LAMBA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan Carl Zeiss marka, Vario700 model mikroskoba birebir uyumlu olmalıdır.
 2. Xenon lamba modülü ve lambası ile birlikte tek ünite olacaktır.
 3. Xenon lamba modülü ışık kaynağına monte edildiğinde Xenon lambanın ömrü 500 saat olarak cihaz tarafından algılanacaktır.
 4. Sadece Xenon lamba teklifleri kabul edilmeyecektir.
 5. Xenon Ampul, beyaz ışık teknolojisine sahiptir.
 6. Xenon Ampul, cihaz üzerindeki kullanım ömrü 500 saat dir.
 7. Xenon ampul 300 Watt gücünde olacaktır.
 8. Teklif veren firmanın söz konusu ameliyat mikroskobu için servis verebilecek sertifikaya sahip olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:11237 Dip.Tes.No: 129572

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DÜZLÜ
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:11237 Dip.Tes.No: 129572

ONAYLAYAN