

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64851 Döküm Tarihi : 30.01.2018
İstem Tarihi : 30.01.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Kardiyoloji Ünitesinde kullanılan Ge marka ultrason cihazının 6T probu sıvı teması almıştır ve görüntü vermiyor. Tamiri tarafımızca mümkün değildir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM0149	ULTRASON CİHAZI PROBU TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 44666

GE MARKA S5 MODEL ULTRASON CİHAZI 6T PROBU
TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Kardiyoloji Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazın probudur.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Uğur ONAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

Erkin ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri