



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 23558

Düzenleme Tarihi : 01.02.2018

KOD : J01-012456 /

MALZEME ADI : TENS ELEKTRODU 5 X 5 CM.

ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ (TENS CİHAZI)

- 1.Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3cm uzunluğunda uygun kablo girişi olmalıdır.
- 2.Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır.
- 3.Elektrot kirlendiği zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.
- 4.Elektrot en az 15 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
- 5.Elektrot yaklaşık 5x5 cm kare ölçülerinde olmalıdır.
6. Klinikteki cihazlarla uyumlu olmalıdır.
- 7.Numune görülüp denenerek karar verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

Doç.Dr. Mehmet ZİNNURĞÜ
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dip.No: 12264 Dip.Tes. No: 99684

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Belgin KARAOĞLAN
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.Bşk.
Dip. No: 6480 Dip. Tes. No: 40158



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 35386

Düzenleme Tarihi : 01.02.2018

KOD : J01-010876 /


MALZEME ADI : TENS ELEKTRODU 5 X 9 CM.

ELEKTROT TEKNİK ŞARTNAMESİ (TENS CİHAZI)

- 1.Elektrot üzerinde elektrot kablosunun takılması için en az 2-3cm uzunluğunda uygun kablo girişi olmalıdır.
- 2.Elektrot üzerinde yapışma özelliğini sağlayan jeli olmalıdır.
- 3.Elektrot kirlendiği zaman su veya nemli bezle silinebilmelidir.
- 4.Elektrot en az 15 tedavi seansı kullanılabilir olmalıdır.
- 5.Elektrot yaklaşık 5x9 cm dikdörtgen ölçülerinde olmalıdır.
- 6.Klinikteki cihazlarla uyumlu olmalı.
- 7.Numune istenerek kullanılıp değerlendirilecektir.

HAZIRLAYANLAR


Doç. Dr. Murat ZINNİROĞLU
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dış No: 12264 Dış. Tes. No: 93934


Prof. Dr. Belgin KARAOĞLU
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
Dış. No: 5480 Dış. Tes. No: 40154

ONAYLAYAN