

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64887  
İstem Tarihi : 31.01.2018 00:00:00  
Açıklama : SFT DE KULLANILMAK ÜZERE

Döküm Tarihi : 31.01.2018  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CGHPL1  
Bölüm Adı : ÇOCUK GÖĞÜS H POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012906	AĞIZLIK KARTON (SPIROMETRE AĞIZLIĞI)	2.000.00	ADET

Şartname Kodu : 44701

TEK KULLANIMLIK KARTON AĞIZLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. MIR marka Spirometre cihazında kullanılması gereken disposable karton ağızlık vasıtasıyla her bir hastanın testlerinin yapılması sağlanabilmelidir.
2. Disposable karton ağızlık özel parlak ve ağıza yapışmayan yapıda karton materyalden üretilmiş olmalıdır.
3. Ağızlık 6.5 cm uzunluğunda 26mm iç çap ve 30mm dış çap ölçülerine sahip olmalıdır.
4. Disposable ağızlıklar belli miktarlarda paketlenmiş olmalıdır.

Uzm. Dr. Tuğba RAMASLI GÜRSİYİ  
T.C. S.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD  
Çocuk Göğüs Hastalıkları  
Dip. Tel: No: 44787-112641

Prof. Dr. Ayşe Tana ABLAN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hast. Bld. Öğretim Üyesi  
Dip. No: 1419 Dlp. Mes. No: 76..98