

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64971
İstem Tarihi : 05.02.2018 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Yataklı Servislerde kullanılan Petaş marka Kma800 model hastabaşı monitörler için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 05.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062141	SATURASYON ARA KABLOSU (HASTABASI MONİTÖRÜ İÇİN).	50.00	ADET

Şartname Kodu : 44725

- PETAŞ MARKA KMA800 MODEL HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Marka ve modeli belirtilmiş hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
 2. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Teklifler numuneye göre değerlendirilecektir.
 3. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
 4. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verecektir.
 5. Kutulu ambalajlı sıfır olacaktır.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64931
İstem Tarihi : 01.02.2018 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Genelinde kullanılan respiratör cihazlarının trasnport olarak kullanılması için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 01.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065962	OKSİJEN BASINC DÜŞÜRÜCÜ REGÜLATÖR.	3.00	ADET

Şartname Kodu : 44719

OKSİJEN TÜPÜ BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüp bağlantı rekoru $\frac{3}{4}$ olacaktır.
2. Giriş ve çıkış basıncını gösteren 2 adet saat olmalıdır.
3. Çıkış basıncı ayarlana bilir olmalıdır.(0-10 bar)
4. Oksijen giriş basıncı 0-230 bar olmalıdır.
5. Tse standartlarına uygun olmalıdır.
6. Hortum çıkışlı olmalıdır.
7. Gaz çıkış flowu 35 metreküp/h (10 bar) olacaktır.

Fatih AKBAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknoloji

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64973 Döküm Tarihi : 05.02.2018
İstem Tarihi : 05.02.2018 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Yataklı Servislerde kullanılan Petaş marka Kma800 model hastabaşı monitörler için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062142	SATURASYON PROB UCU (HASTABASI MONİTÖRÜ İÇİN).	100.00	ADET

Şartname Kodu : 44727

PETAŞ MARKA KMA800 MODEL HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROB UCU KABLOSU TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Marka ve modeli belirtilmiş hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
2. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Teklifler numuneye göre değerlendirilecektir.
3. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
4. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım birimine verecektir.
5. Kutulu ambalajlı sıfır olacaktır.

Erkan ÇETİN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Birimi

Harun BEYTULLAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri