

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 65066
İstem Tarihi : 07.02.2018 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Anestezi Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Drager marka anestezi cihazı için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 07.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-062849	ANESTEZİ CİHAZI OKUMA SENSÖRÜ	2.00	ADET

Şartname Kodu : 44832

DRAGER MARKA PRIMUS MODEL ANESTEZİ CİHAZI ILCA2 OKUMA SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Marka ve modeli belirtilmiş cihaza uygun olacaktır.
2. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
3. Orijinal olacaktır.
4. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğunu belgeleyecektir ve belgeyi Tıbbi Cihaz Atölyesine verecektir.
5. Yüklenici firma parçayı cihaza montaj edip çalışır durumda teslim edecektir.

UĞUR ONAL
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Tekniker

Erkan ÇETİN
T.C. Gazî Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyomedikal Birimi

JMA 8

riend

ve b

la t

JMA 8

riend

ve b

la t