

## Adaptörlere Uyumlu Ürostomi Torbası

- Torba film yapısı en az 4 tabakadan oluşmalıdır.
- Torbanın yapısı sesi,kokuyu,sıcaklık ve soğukluğu minimuma indirme özelliğine sahip torba film yapısında olmalıdır.
- Şeffaf olmalı.
- Alttan boşaltmalı olmalı.
- Torba yapışkan adaptörlere uyum sağlamalı
- Torbanın cilde temas eden yüzeyi cildin hava almasını sağlamalı.
- Geliştirilmiş boşaltım sistemine sahip olmalı
- Boşaltım supabı hijyenik olmalı, torba ağzında ve içinde hiçbir idrar artığı bırakmamalıdır.
- Özel boşaltım supabı nedeni ile gece drenaj sistemlerine bağlanabilmelidir.
- Etkili geri dönüşü engelleyen valf sayesinde idrarın stomaya geri dönmesini engellemelidir.
- Suya dayanıklı olmalı.
- 60(+10) mm çapa sahip olmalı
- Numune görülmelidir.

T.C. G.Ü.T.F. GAZİ HASTANESİ  
URÖLOJİ  
DİP. TESCİL NO: 37983

Prof. Dr. Tuncay ALKIBAY  
T.C. G.Ü.T.F. GAZİ HASTANESİ  
URÖLOJİ  
Diploma No: 3940  
Dip. Tesch. No: 37983