



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 43663

Düzenleme Tarihi : 06.02.2018

KOD : J01-012905 /

MALZEME ADI : NF1011 ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ

ARTER VEN FİSTÜL İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Arter ve ven iğneleri ayrı ayrı ambalajlarda olmalıdır.
- 2- Fistül iğneleri 15-16 -17-18 gauge olmalıdır.
- 3-Arter fistül iğnesi döner başlıklı ve çift delikli olmalıdır
- 4-Fistül iğneleri eto gama veya buhar sterilizasyonlu olup sterilizasyon süresi en az 2 yıl olmalıdır.
- 5-Tüp uzunluğu 25-30 cm olmalıdır.
- 6-Arter ven iğneleri üzerinde klemler olmalıdır.
- 7-Arter iğnesinde klemler kırmızı, Ven iğnesinde klemler mavi olmalıdır.
- 8-İğne yüzeyi ve ucu pürüzsüz olacak, polisoy ve silikonizasyonu iyi olacaktır.  
Duvar kalınlığı ince ucu keskin açık olacaktır.
- 9-TSE uygunluk ve CE belgesi bulunmalıdır. Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi Avrupa Topluluğu uygunluk belgesi dosyada bulunmalıdır.
- 10-Şartnamenin her bir maddesine cevap verilecek ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 11-İhaleye katılacak firmalar 2 şer adet numune bırakılacaktır, Ürünler denenecek denenen ürünler iade edilmeyecektir.
- 12-Örnekleri ile ihale sonucu teslim edilen ürünlerin marka ve kodları aynı olacaktır.
- 13-Gauge ler bölüm isteğine göre belirenecektir.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Musa BALI  
İ.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Nefroloji Bilim Dalı Öğr. Üyesi  
Dış No: 120 Dış. Teş. No: 28631