

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64492
İstem Tarihi : 16.01.2018 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 01.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CNORPL1
Bölüm Adı : ÇOCUK NOROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| J01-010687 | EEG KLİPSLİ KULAK ELEKTROD. | 12.00 | ADET |
| Şartname Kodu : 44417 | | | |

EEG CİHAZI İÇİN KULAK ELEKTRODU VE MANDALI ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrodlar Nihon Kohden Marka EEG cihazında kullanılacaktır.
- 2-Elektrodlar orijinal firma üretimi olacaktır.
- 3-Elektrodların uzunluğu 1.5m olacak.
- 4-Elektrodlar siyah renk olacaktır.
- 5-Elektrodların bağlantı kısımları disk şeklinde olacaktır.
- 6-Elektrodlarının disk bağlantı kısımları iyi iletim için gümüş alaşımli olacak ve üzeri kaplanmış olacaktır.
- 7-Elektrodların bir setinde 1 adet elektrod ve mandalıyla birlikte olacaktır.
- 8-Kulak mandalı kulağı rahatsız etmeyecek yapıda olacaktır.
- 9- Toplam 12 adet olacaktır.

Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU
T.C. S. Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Çocuk Hastalıkları Nöroloji B.D.
E-posta: ayse.serdaroglu@sgu.edu.tr
Dip. Tescil No: 27/11/2012

Prof. Dr. K. N. KUTLU
T.C. S. Ü. T.F. Gazi Hastanesi
Çocuk Hastalıkları Nöroloji B.D.
E-posta: k.n.kutlu@sgu.edu.tr
Dip. Tescil No: 27/11/2012