

Etek - (Dr. Firdevs Aktas)
D. Ozlem Guel Tunccan

~~1~~


1

TEK KULLANIMLIK (DISPOSABLE) ÖNLÜK ŞARTNAMESİ (015391)

1. Sıvı geçirmez, aynı zamanda sıvı itici özelliğe sahip (spunbond nonwoven, sentetik dokuma) ve nonsteril olmalıdır.
2. Uzun kollu ve etek kısmı uzun olmalıdır. Etek eni (açık şekilde) en az 150 cm, önlük boyu en az 110 cm olmalıdır.
3. Bağcıklar, kolay bağlanmalı, bağlandığında önlük kıyafetleri tamamen kapatmalıdır.
4. Arka boyun kısmı tam kapanabilir olmalıdır.
5. Bağcıklar dikişli ve sağlam olmalıdır.
6. Önlüğün kol manşetleri, ribana kol bantlı olmalıdır. Ribana kol bantları en az 8 cm uzunluğunda, tüp şeklinde, dikişsiz, kolları rahatsız etmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Önlüğün tüm dikişleri sağlam olmalı, giyinme ve kullanım sırasında deforme olmamalı, yırtılmamalı, bağcıklar kopmamalıdır.
8. Önlükler, hareket kabiliyetini engellememeli, sağlam ve hafif olmalıdır.
9. Teklif edilecek ürünler için numune verilmelidir.
10. Önlüklerin ön yüzünde "Enfeksiyon Kontrolü" nü hatırlatıcı mesaj, önlüğün zıt renginde, dikkat çekici olmalıdır. Teslim edilen numunede örnek baskı bulunmalıdır.
11. Baskı lazer yöntemi ile yapılmış olmalı, ıslanma, kazımaya ve depo şartlarında sıcak ve soğuk havada beklemeye dayanıklı olmalı, deforme olmamalı, dökülmemelidir.
12. Toplam malzeme alımı öncesi, Hatırlatıcı mesaj, Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından bildirilecektir.
13. Tüm numuneler (özelligi, ambalajı...vb) Enfeksiyon Kontrol Komitesi Dezenfeksiyon Alt Çalışma Yürütme Grubu tarafından denenecektir. Deneme sonucuna göre uygunluğuna karar verilecektir.
14. Her bir malzeme tek tek paketlenmiş olmalı, üzerinde Barkod numarası, imalat ve son kullanma tarihi mevcut olmalıdır.
15. Ürünlerin CE ve ISO sertifikaları mevcut olmalıdır.
16. Ürün teklifleri numune ve katalogla birlikte verilmelidir.


Dr. Firdevs AKTAŞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı
Dip.No: 4493

08/02/2018


I. Doç. Dr. Özlem GÜZEL TUNCCAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi
Dip.No: 2072 Dip.Tes.No: 93792