

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 64495
İstem Tarihi : 16.01.2018 00:00:00
Açıklama : eeg

Döküm Tarihi : 01.02.2018
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CNORPL1
Bölüm Adı : ÇOCUK NOROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010908	EEG ELEKTRODU.	120.00	ADET

Şartname Kodu : 10091

EEG CİHAZI İÇİN DİSK ELEKTROD SETİ ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrodlar Nihon Kohden Marka EEG cihazında kullanılacaktır.
- 2-Elektrodlar cihazın giriş kutusuna uygun DIN tipi ve orijinal firma üretimi olacaktır.
- 3-Elektrodların uzunluğu 1.5m olacaktır.
- 4-Elektrodların bağlantı kısımları disk şeklinde ve ortası delikli olacaktır.
- 5-Elektrodlarının disk bağlantı kısımları iyi iletim için gümüş alaşımli olacak ve üzeri plastik gibi herhangi bir madde ile kaplanmamış olacaktır.
- 6-Elektrodların kabloları farklı altı renk olacaktır.
- 7-Elektrodların kabloları esnek ve harekete dayanıklı olacaktır.
- 8-Elektrodlar cihazın giriş kutusuna iyi oturacaktır.
- 9-Elektrodların bir setinde 12 adet elektrod olacak.
- 10- Toplam 120 adet (10 set) olacaktır

Prof. Dr. K. İsmail HIRIYENER
T.C. G. Ü. T. F. Gazi Hastanesi
Nöroloji Uzmanı
Dış. Tescim No: 27818

Prof. Dr. Ayşe SERDAROĞLU
T.C. G. Ü. T. F. Gazi Hastanesi
Nöroloji Uzmanı
Dış. Tescim No: 27818